



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 965 del 14/09/2026

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

**OGGETTO: FORNITURA DI N. 1 ECOTOMOGRFO DI ALTA FASCIA OCCORRENTE
ALLA STRUTTURA DI OSTETRICIA/GINECOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI
MANTOVA - AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. B) DEL
D.LGS. 36/2023.**

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **COSTA NOEMI**

Determina n. 965 del 14/09/2026

Fascicolo 636/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 2210/2026



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che:

- risulta necessario procedere alla fornitura di n. 1 Ecotomografo di alta fascia occorrente alla Struttura di Ostetricia/Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Mantova, come da richiesta conservata in atti;
- nelle sedute della Commissione Aziendale per la valutazione delle Tecnologie Sanitarie del 24/06/2024 - 01/07/2024 - 08/07/2024 è stato espresso parere favorevole alla fornitura di tale apparecchiatura;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 *"nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA"*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate disposizioni e determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARIA Spa e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488, l'espresso divieto di attivare procedure di

Determina n. 965 del 14/09/2026

Fascicolo 636/2026 CI: 1.06.03
Proposta n. 2210/2026



acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare della Regione, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

PRECISATO che i prodotti di cui trattasi non sono oggetto del D.P.C.M. 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per il quale l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà ivi previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

DATO ATTO che i prodotti di cui sopra non sono al momento oggetto di Convenzioni attive ARIA Spa o CONSIP Spa, né oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al medesimo soggetto aggregatore;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario adottate con DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 per l'anno 2026 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

DATO ATTO inoltre che la modalità di acquisto, viste le peculiarità tecniche del prodotto, è la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che:

- in data 05 maggio 2026 è stato pubblicato, sulla Piattaforma Telematica Sintel e sul sito istituzionale di questa ASST, un avviso di Consultazione preliminare di mercato

Determina n. 965 del 14/09/2026

Fascicolo 636/2026 CI: 1.06.03
Proposta n. 2210/2026



volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto;

- al termine disposto per la trasmissione delle manifestazioni d'interesse da parte degli operatori economici, fissato per il giorno 19 maggio 2026, sono pervenute le istanze delle seguenti ditte:
 - GE Medical Systems Italia Spa di Milano
 - Medical Lume Srl di Roma

CONSIDERATO che con nota prot. n. 32211 del 19/05/2026 la Struttura di Ingegneria Clinica ha espresso parere come di seguito specificato:

- la documentazione presentata dalla ditta MEDICAL LUME riguarda un sistema ecografico compatto che, per caratteristiche tecniche e destinazione d'uso, non risulta coerente con il fabbisogno espresso dalla consultazione, riferito alla fornitura di un ecotomografo di alta fascia destinato alla Struttura di Ostetricia e Ginecologia. In particolare, il sistema proposto non risulta rispondente ad alcuni requisiti tecnici essenziali richiesti, con specifico riferimento all'assenza della seguente dotazione: *"Sonda convex volumetrica addominale 3D/4D con tecnologia a matrice elettronica, senza parti meccaniche in movimento, dedicata allo studio della morfologia fetale e del cuore fetale, con range di frequenza orientativo da 4a 8 MHz."* Per quanto sopra, l'istanza presentata dalla ditta MEDICAL LUME si ritiene non idonea;
- la documentazione presentata dalla ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA risulta coerente con i requisiti tecnici richiesti e soddisfa le esigenze cliniche e operative della Struttura di Ostetricia e Ginecologia; pertanto l'istanza della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA si ritiene idonea;

DATO ATTO che:

- in data 13 agosto 2026 si è quindi avviata procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 mediante utilizzo della Piattaforma Telematica Regionale denominata SINTEL, per la fornitura sopra citata;
- è stata invitata a presentare offerta la ditta GE Medical Systems Italia Spa di Milano;

Determina n. 965 del 14/09/2026

Fascicolo 636/2026 CI: 1.06.03
Proposta n. 2210/2026



CONSIDERATO che entro il termine previsto per la presentazione dell'offerta fissato per il giorno 28 agosto 2026 alle ore 12:00, la ditta GE Medical Systems Italia Spa ha presentato offerta per un importo complessivo pari ad € 133.270,00 Iva esclusa;

VERIFICATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla suddetta ditta offerente e accertata ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 36/2023 la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo codice;

PRECISATO che la fornitura verrà affidata insindacabilmente da questa ASST previa verifica dell'idoneità tecnica e della congruità del prezzo espressa insindacabilmente da questa ASST;

VISTA la nota prot. n. 53400/2026, conservata in atti, rassegnata dall' Ing. Vincenzo Fabio Inchingoli, Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Struttura di Ingegneria Clinica, nella quale si evidenzia che l'offerta della Ditta GE Medical Systems Italia Spa è idonea;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento della fornitura di n. 1 Ecotomografo di alta fascia mod. Voluson Expert 22 occorrente alla Struttura di Ostetricia/Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Mantova a favore della Ditta GE Medical Systems Italia Spa di Milano;

DATO ATTO che:

- il dettaglio del prezzo offerto risulta specificato nel prospetto di aggiudicazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);

- il costo complessivo della fornitura pari ad € 133.270,00 Iva esclusa (€ 139.933,50 Iva 5% inclusa) viene finanziato mediante Fondi da Regione Lombardia con DGR N. XII/6205 del 25/05/2026 recante "Determinazioni conseguenti alle DDGR n. XII/5589/2025 e n. XII/5888/2026 in ordine alla razionalizzazione dei costi degli Enti Sociosanitari lombardi, ai fini dell'evoluzione dei servizi, del miglioramento dell'accessibilità, della qualità delle prestazioni erogate e dell'ammodernamento e potenziamento delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali" - CUP: E64E26000120002 - e verrà conteggiato sul conto patrimoniale 30204000 dell'anno 2026;

RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;

Determina n. 965 del 14/09/2026

Fascicolo 636/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 2210/2026



RITENUTO di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Vincenzo Fabio Inchingoli, Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Struttura di Ingegneria Clinica, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, è stato individuato nel Dr. Cesarino Panarelli Direttore della Struttura Complessa Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **COSTA NOEMI** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di assegnare la fornitura di n. 1 Ecotomografo di alta fascia occorrente alla Struttura di Ostetricia/Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Mantova a favore della Ditta GE Medical Systems Italia Spa di Milano per un importo complessivo pari ad € 139.933,50 Iva 5% inclusa;
2. di dare atto che il dettaglio del prezzo offerto risulta specificato nel prospetto di aggiudicazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);
3. di dare atto altresì che il costo complessivo della fornitura pari ad € 139.933,50 Iva 5% inclusa viene finanziato mediante Fondi da Regione Lombardia con DGR N. XII/6205 del 25/05/2026 recante "Determinazioni conseguenti alle DDGR n. XII/5589/2025 e n. XII/5888/2026 in ordine alla razionalizzazione dei costi degli Enti Sociosanitari lombardi, ai fini dell'evoluzione dei servizi, del miglioramento dell'accessibilità, della qualità delle prestazioni erogate e dell'ammodernamento e

Determina n. 965 del 14/09/2026



potenziamento delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali” - CUP: E64E26000120002 - e verrà conteggiato sul conto patrimoniale 30204000 dell'anno 2026;

4. di autorizzare la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023;
5. di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Vincenzo Fabio Inchingoli, Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Struttura di Ingegneria Clinica, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;
6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)