



**Richiesta d'offerta per la fornitura di n. 2 LAVAFERRI occorrenti all'ASST di Mantova, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del DLgs.31 marzo 2023, n. 36.**

**RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

L'anno 2024, il giorno 29 Marzo, alle ore 10.30, presso gli uffici della Struttura di Ingegneria Clinica del Presidio Ospedaliero di Mantova si riuniscono i Signori:

- Ing. Marco Franzoni, Dirigente Ingegnere della Struttura di Ingegneria Clinica;
- Patrizia Davi, Coordinatrice della Centrale di Sterilizzazione del P.O. di Mantova

Per la valutazione delle offerte nell'ambito del procedimento di gara indicato in epigrafe.

L'analisi della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti ha visto valutate all'unanimità come pienamente conformi alle specifiche tecniche indispensabili ed obbligatorie, previste, pena l'esclusione le offerte delle ditte:

- AT-OS srl che offre n.1 lavaferri modello AWD655-8X e n.1 lavaferri modello AWD655-15AD;
- SMEG spa che offre n.1 lavaferri modello WD4060e n.1 lavaferri modello WD7015;
- STEELCO spa che offre n.1 lavaferri modello DS 500 CDL e n.1 lavaferri modello DS 1000.

La documentazione tecnica pervenuta unitamente alle offerte sono state prese in esame al fine della valutazione tecnico qualitativa ed economica delle offerte concorrenti.

A conclusione dell'attività di analisi vengono tratte le seguenti valutazioni:

1. Tutte le apparecchiature proposte offrono caratteristiche tali da soddisfare i requisiti di minima e in ogni modo adatte a garantire i fabbisogni legati al lavaggio e alla disinfezione di strumentario chirurgico e zoccoli all'interno del Blocco Operatorio e della Centrale di Sterilizzazione di Mantova;
2. La ditta SMEG offre complessivamente apparecchiature con il miglior compromesso tra le prestazioni delle dotazioni tecniche (maggiori portate pompe di lavaggio e maggiori portata pompe asciugatura) e i consumi elettrici, i più bassi tra le apparecchiature offerte; i restanti due concorrenti propongono apparecchiature con dotazioni inferiori e consumi maggiori;
3. La ditta SMEG propone un cesto per zoccoli sulla lavaferri da 8 DIN di maggiore capacità (28 zoccoli contro i 20 zoccoli delle altre due concorrenti), tale requisito è rilevante considerato che il



lavaggio zoccoli è decentrato nel Blocco Operatorio (luogo di destinazione della lavaferri a 8DIN) e non viene svolto dalla Centrale di Sterilizzazione;

4. Le ditte SMEG e STEELCO offrono sulla lavaferri da 15/18 DIN un unico carrello flessibile che si adatta al lavaggio di strumenti cannulati mediante un accessorio, tale soluzione è ritenuta preferibile a quella proposta da AT-OS (due carrelli di lavaggio distinti) in quanto ingombra meno l'esiguo spazio a disposizione dell'area lavaggio della Centrale di Sterilizzazione;
5. Le offerte economiche presentate dalle Ditte concorrenti vengono di seguito riportate in ordine crescente:
  - a. Complessivi 47.676 € IVA esclusa - AT-OS srl;
  - b. Complessivi 48.700 € IVA esclusa - SMEG spa;
  - c. Complessivi 55.000 € IVA esclusa - STEELCO spa.

A conclusione delle valutazioni tecnico qualitative ed economiche delle offerte concorrenti si conviene nel proporre l'aggiudicazione della fornitura a favore della Ditta SMEG spa per le seguenti motivazioni:

- il sistema offerto dalla ditta SMEG soddisfa pienamente le esigenze tecnico operative di questa ASST, con particolare riferimento ai fabbisogni del Blocco Operatorio e della Centrale di Sterilizzazione del Presidio Ospedaliero di Mantova;
- al sistema offerto dalla ditta SMEG viene attribuito il giudizio qualitativo più elevato su tutti gli elementi presi in considerazione (punti da 1 a 5);
- quanto sopra a fronte di un'offerta economica pari ad € 48.700,00, oltre IVA:
  - superiore del 2,2% (pari a € 1.024,00) rispetto all'offerta economica migliore, presentata dalla ditta AT-OS, la cui offerta tecnica è stata valutata di livello inferiore. Per tali ragioni si ritiene come il maggior prezzo offerto da SMEG (differenza di € 1.024) sia ampiamente giustificato dai maggiori vantaggi derivati da caratteristiche tecnico qualitative migliori;
  - inferiore del 11,5% (pari a € 6.300,00) rispetto all'offerta economica terza in ordine di prezzo, presentata dalla ditta STEELCO, la cui offerta tecnica non presenta caratteristiche tecnico qualitative ritenute migliori di quelle possedute dall'offerta della ditta SMEG.

Sulla base delle valutazioni tecnico qualitative ed economiche sopradescritte è possibile stilare la seguente graduatoria finale:

1. SMEG spa;
2. AT-OS srl;



### 3. STEELCO spa.

La presente relazione viene trasmessa al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti di competenza.

La seduta, della quale viene redatto il presente documento costituito da n.3 pagine, viene chiusa alle ore 17:00.

Letto, confermato e sottoscritto,

Ing. Marco Franzoni \_\_\_\_\_

Patrizia Davi \_\_\_\_\_