



Fascicolo n. 2023/143/0-CL.1.06.03

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA, PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI DIAGNOSTICA EMATOLOGICA

VERBALE N. 4 LAVORI COMMISSIONE GIUDICATRICE

Seduta riservata del 7 marzo 2024

L'anno 2024, il giorno 7 marzo, alle ore 15:00, in modalità on line mediante l'applicativo Teams, si è riunita la Commissione Giudicatrice, individuata nell'ambito del procedimento di gara indicato in epigrafe con decreto del Direttore Generale n. 1065 del 3 ottobre 2023.

Sono presenti i Sigg.ri:

- 1) Presidente: Dr. Maurizio Giovanetti – Dirigente Biologo del Servizio Medicina di Laboratorio dell'ASST di Mantova;
- 2) Componente: Dr. Roberto Colombini – Dirigente Medico del Servizio Medicina di Laboratorio dell'ASST di Mantova;
- 3) Componente: Ing. Marco Franzoni – Responsabile della Struttura di Ingegneria Clinica dell'ASST di Mantova
- 4) Componente: Dr.ssa Rossella Morandini, Dirigente Medico del Laboratorio Analisi dell'ASST di Cremona;
- 5) Componente: Dr. Marco Lombardi, Dirigente Medico del Laboratorio Analisi dell'ASST del Garda.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Dr. Maurizio Giovanetti.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti e, quindi, la regolarità della seduta, la dichiara aperta.

Il Presidente informa la Commissione che la nota di chiarimento circa l'offerta tecnica della ditta Beckman Coulter srl (ID Sintel n. 177147609 del 07/12/2023), che viene allegata al presente verbale (All. n. 1), inviata alla Ditta concorrente, direttamente sulla Piattaforma Sintel, mediante la funzionalità "Comunicazioni della procedura", è stata regolarmente riscontrata dal destinatario, entro il termine previsto del 14 dicembre 2023.

Il chiarimento pervenuto viene acquisito ed allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (All. n. 2).

Il chiarimento prodotto dalla Ditta Beckman Coulter srl viene ritenuto esaustivo.

Il Presidente informa, inoltre, i presenti che in data 29 dicembre 2023, è stata trasmessa alla Ditta Medical Systems SpA, direttamente sulla Piattaforma Sintel, mediante la funzionalità "Comunicazioni della procedura" (ID Sintel n. 178113391 del 29/12/2023), la Determina Dirigenziale n. 1481 del 28 dicembre 2023 di esclusione dalla procedura in esame.

La Commissione prende atto dell'esclusione della Ditta Medical Systems SpA.



La Commissione dà inizio ai lavori.

La Commissione riprende l'attività di analisi e studio dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte Beckman Coulter srl e Dasit SpA.

La Commissione tenuto conto del parere del Responsabile della Struttura di Ingegneria Clinica, componente della stessa Commissione, per la valutazione, nell'ambito della Documentazione tecnica prodotta, della rispondenza delle apparecchiature offerte dalle Ditte Beckman Coulter srl e Dasit SpA alle normative vigenti, decide che le strumentazioni offerte da entrambe le Ditte sopracitate sono ad esse rispondenti

La Commissione ritiene idonee e congrue le quantità di reattivi, calibratori, controlli e materiale di consumo offerti da entrambe le Ditte concorrenti per l'esecuzione delle determinazioni oggetto di gara.

La Commissione prosegue l'attività di analisi dell'offerta ai fini della valutazione tecnica seguendo l'ordine degli elementi di giudizio e relativi parametri indicati al paragrafo 18.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" del Disciplinare di gara.

In primo luogo, la Commissione procede, collegialmente, all'attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo nel seguente modo:

- per gli elementi di giudizio nn. 7, 8, 13, 14, 15, 18 e 20, che riportano la dicitura "Tabellare" (T), la Commissione Giudicatrice, per ogni elemento di valutazione, assegna il relativo punteggio automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto ovvero in ragione dell'entità della presenza di una data qualità.

I risultati della suddetta operazione sono riportati nella scheda allegata al presente verbale (Allegato n. 3).

Esauriti con ciò i lavori dell'odierna seduta riservata, la Commissione Giudicatrice si aggiorna per le ore 14:30 del giorno 8 marzo 2024, con la presenza di tutti i Componenti, che vengono così informati della loro partecipazione.

La documentazione tecnica delle Ditte concorrenti viene raccolta e conservata in un armadio sito presso lo Studio del Dr. Maurizio Giovanetti, opportunamente chiuso a chiave.

La Commissione dà infine atto che la documentazione di gara e l'offerta delle Ditte concorrenti, tutte in versione originale, sono depositate sulla Piattaforma Sintel che garantisce la sicurezza, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione medesima.

La seduta viene quindi dichiarata chiusa alle ore 16:30.

Il presente verbale è costituito di n. 3 pagine e di n. 3 allegati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dr. Maurizio Giovanetti



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

I COMPONENTI

Dr. Roberto Colombini

Ing. Marco Franzoni

Dr.ssa Rossella Morandini

Dr. Marco Lombardi

L'originale del presente verbale, debitamente sottoscritto dalla Commissione Giudicatrice, è depositato in atti



SINTEL E-PROCUREMENT

SISTEMA INTERMEDIAZIONE TELEMATICA

Numero verde 800.116.738

UTENTI FORNITORI CATEGORIE MERCEOLOGICHE BUDGET PROCEDURE ANAC L.190 MODULO PROGRAMMAZIONE RILEVAZIONE GARE SRF

Utente: PANARELLI CESARINO - Impiegato

Vedi il mio profilo Comunicazioni(0)

MENU

Amministrazione
 Dettaglio della procedura
 Documentazione di gara
 Storia offerte
 Lista partecipanti
 Aggiudicazione procedura
 Comunicazioni procedura(2)
 Report di procedura
 Crea Bando
 Modello della procedura
 Notifiche
 Libreria Documentale

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA

PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'ESECUZIONE ...

[Ritorna all'elenco delle procedure](#)

Stato ricezione messaggio

Di seguito le informazioni relative allo stato di ricezione del messaggio. Ogni fornitore visualizza i messaggi inviati all'interno della funzionalità "Comunicazioni della procedura". Il fornitore ha la possibilità di inviare alla stazione appaltante una conferma dell'avvenuta lettura del messaggio.

ID	DATA INVIO	DESTINATARI
177147609	giovedì 7 dicembre 2023 12.22.15 CET	Beckman Coulter S.r.l. : Inviato

Dati messaggio

OGGETTO	TESTO MESSAGGIO
Offerta tecnica - Richiesta chiarimento tecnico	Spett.le Ditta Beckman Coulter srl, con riferimento alla procedura di gara in oggetto si evidenzia che la documentazione tecnica relativa al documento richiesto al punto 15.7) del Disciplinare di gara, relativamente alla strumentazione: "Relazione, firmata digitalmente, circa l'eventuale necessità di condizionamento dei locali destinatari delle apparecchiature, specificando temperatura ed umidità, il cui onere per la realizzazione delle relative opere edili ed impiantistiche sarà comunque a carico del Fornitore" richiede una precisazione tecnica. Nello specifico si evidenzia che nel documento rif. 15.1 "Elenco documentazione tecnica presentata" codesta Spett.le ditta ha dichiarato "Non applicabile" il punto di cui sopra (pt.15.7). Considerato che la locuzione "non applicabile" può risultare equivoca si chiede di precisare se il termine utilizzato sia riferito alla non necessità di condizionamento dei locali destinatari delle apparecchiature ovvero al medesimo sia attribuibile altro significato. La precisazione tecnica richiesta dovrà essere presentata da codesta Ditta mediante la funzionalità "Comunicazioni della procedura" della Piattaforma Sintel entro e non oltre la data del 14 dicembre c.a. Dott. Cesarino Panarelli Responsabile Unico del Procedimento

OK



SINTEL E-PROCUREMENT

SISTEMA INTERMEDIAZIONE TELEMATICA

Numero verde 800.116.738

UTENTI FORNITORI CATEGORIE MERCEOLOGICHE BUDGET PROCEDURE ANAC L.190 MODULO PROGRAMMAZIONE RILEVAZIONE GARE SRF

Utente: PANARELLI CESARINO - Impiegato | Vedi il mio profilo | Comunicazioni(0)

MENU

Amministrazione
 Dettaglio della procedura
 Documentazione di gara
 Storia offerte
 Lista partecipanti
 Aggiudicazione procedura
 Comunicazioni procedura(2)
 Report di procedura
 Crea Bando
 Modello della procedura
 Notifiche
 Libreria Documentale

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'ESECUZIONE ...

Ritorna all'elenco delle procedure

Dettaglio Messaggio

Qui di seguito è possibile consultare in dettaglio le informazioni riguardanti il messaggio selezionato.

ID	DATA INVIO	MITTENTE	DATA RICEZIONE
177294103	martedì 12 dicembre 2023 14.17.14 CET	Beckman Coulter S.r.l.	Ricevuto il martedì 12 dicembre 2023 15.57.19 CET

Dati messaggio

OGGETTO	TESTO MESSAGGIO
RE: Offerta tecnica - Richiesta chiarimento tecnico	Spett.le Amministrazione, in riferimento al Vs. Quesito di cui sotto, si riscontra riportando quanto segue: "Si chiarisce che il termine utilizzato è riferito alla non necessità di condizionamento dei locali destinatari delle apparecchiature". Si rimane a disposizione e si porgono Cordiali Saluti, Beckman Coulter S.r.l. ----- Testo del messaggio originale: Spett.le Ditta Beckman Coulter srl, con riferimento alla procedura di gara in oggetto si evidenzia che la documentazione tecnica relativa al documento richiesto al punto 15.7) del Disciplinare di gara, relativamente alla strumentazione: "Relazione, firmata digitalmente, circa l'eventuale necessità di condizionamento dei locali destinatari delle apparecchiature, specificando temperatura ed umidità, il cui onere per la realizzazione delle relative opere edili ed impiantistiche sarà comunque a carico del Fornitore" richiede una precisazione tecnica. Nello specifico si evidenzia che nel documento rif. 15.1 "Elenco documentazione tecnica presentata" codesta Spett.le ditta ha dichiarato "Non applicabile" il punto di cui sopra (pt.15.7). Considerato che la locuzione "non applicabile" può risultare equivoca si chiede di precisare se il termine utilizzato sia riferito alla non necessità di condizionamento dei locali destinatari delle apparecchiature ovvero al medesimo sia attribuibile altro significato. La precisazione tecnica richiesta dovrà essere presentata da codesta Ditta mediante la funzionalità "Comunicazioni della procedura" della Piattaforma Sintel entro e non oltre la data del 14 dicembre c.a. Dott. Cesarino Panarelli Responsabile Unico del Procedimento

OK RISPONDI

SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI DIAGNOSTICA EMATOLOGICA					
Punteggi attribuiti collegialmente dalla Commissione Giudicatrice					
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	MASSIMO PUNTI	Modalità di assegnazione dei punteggi	Beckman Coulter srl	Dasit SpA	
CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE					
7) Esecuzione in automazione dell'esame emocromocitometrico in campioni di sangue con provetta pediatrica alloggiata nel rack: SI = 4 punti NO = 0 punti	4	Tabellare	4	4	
8) Presenza di rerun e reflex test per emocromo ed esecuzione del vetrino in maniera completamente automatica sulla base di allarmi generati dal reflex test: SI = 4 punti NO = 0 punti	4	Tabellare	4	4	
13) Nelle sedi HUB presenza di un sistema automatico per l'esecuzione e colorazione dello striscio periferico operativo anche con analizzatori ematologici spenti: SI = 3 punti; NO = 0 punti	3	Tabellare	3	3	
14) Metodo di misura proposto per il conteggio degli eritroblasti: diretto in fluorescenza: 3 punti diretto con altre tecnologie: 2 punti metodo indiretto: 1 punto	3	Tabellare	2	3	

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		MASSIMO PUNTI	Modalità di assegnazione dei punteggi	Beckman Coulter srl	Dasit SpA
15) Determinazione del conteggio dei granulociti immaturi (in percentuale ed in numero assoluto) approvato da un organismo notificato: SI = 3 punti NO = 0 punti		3	Tabellare	0	3
18) Presenza di un sistema di monitoraggio remoto proattivo dello stato relativo all'infrastruttura informatica: SI = 2 punti; NO = 0 punti		2	Tabellare	2	2
20) Presenza di procedure di avvio e chiusura lavori (Start up, shut down) programmabili e completamente automatiche senza intervento dell'operatore: SI = 2 punti; NO = 0 punti		2	Tabellare	2	2
TOTALE COMPLESSIVO		21		17	21