



Fasc. n. 2025/239/0-CL.1.06.03

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI
PER PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA OCCORRENTI ALL'ASST DI MANTOVA****VERBALE LAVORI COMMISSIONE GIUDICATRICE**
VERBALE N. 4

L'anno 2025 il giorno 7 novembre alle ore 13:30, presso la Struttura di PMA del Presidio Ospedaliero di Mantova, si è riunita la Commissione Giudicatrice, individuata nell'ambito del procedimento di gara indicato in epigrafe con Decreto del Direttore generale n.744 del 26/06/2025.

Sono presenti i seguenti membri della Commissione:

- Presidente: Dott. Massimo Bertoli, responsabile della Struttura di PMA dell'ASST di Mantova;
- Componente: Dott.ssa Maria Sironi, dirigente biologa della Struttura di PMA dell'ASST di Mantova;
- Componente: Elisa Marangoni, collaboratrice infermieristica della Struttura di PMA dell'ASST di Mantova;

Svolge le funzioni di verbalizzante Massimo Bertoli.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti e, quindi, la regolarità della seduta, la dichiara aperta.

A seguito dei chiarimenti pervenuti di cui la Commissione ha preso atto nella seduta precedente, la Commissione si esprime come segue riguardo alla idoneità delle offerte tecniche pervenute dalle ditte partecipanti:

LOTTO	OPERATORE ECONOMICO	VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
1	MBT	OFFERTA IDONEA
2	ATS	OFFERTA NON IDONEA in quanto presenta un tubo di raccordo troppo lungo (90 cm) ed ha un ago di 17,5 G al posto di 17 G
	BIOPSYBELL	OFFERTA IDONEA
	COOK	OFFERTA IDONEA
	DEFARMA	OFFERTA NON IDONEA in quanto presenta un tubo di raccordo di 80 cm
	MBT	OFFERTA NON IDONEA in quanto presenta un tubo di raccordo di 80 cm
3	ATS	OFFERTA NON IDONEA in quanto presenta una linea del vuoto lunga 250 cm oltre la tolleranza indicata dai 70 ai 240



		cm
	COOK	OFFERTA IDONEA
4	NTS	OFFERTA NON IDONEA in quanto la guida non è compatibile per l'utilizzo con l'ecotomografo Philips modello Affini 70 e con sonda ecografica C9-4V
	VIGEO	OFFERTA IDONEA
5	COOK	OFFERTA IDONEA
	MBT	OFFERTA NON IDONEA in quanto il catetere è lungo 22 cm sotto la lunghezza richiesta di 23-26 cm e l'otturatore è lungo 17 cm al posto dei 24-30 cm richiesti
7	ATS	OFFERTA NON IDONEA in quanto non presenta il sistema di fissaggio per il gel ecografico
	STRUMEDICAL	OFFERTA NON IDONEA in quanto presenta il sistema di fissaggio con elastico non idoneo in quanto le dimensioni sono eccessive, costringendo l'operatore a compiere un doppio giro che lacera il coprisonda
8	MBT	OFFERTA IDONEA
9	ATS	OFFERTA IDONEA
	NTS	OFFERTA NON IDONEA in quanto non presenta un'area esterna che consenta di scrivere; inoltre presenta un'area di coltura di 30 mm inferiore ai 40 mm richiesti
10	ATS	OFFERTA NON IDONEA in quanto non presenta un confezionamento singolo
	NTS	OFFERTA IDONEA
11	BIOSIGMA	OFFERTA IDONEA MA HA CAMPIONATO LA MISURA DA 450 ML AL POSTO DI QUELLA DA 50 ML : GIUDIZIO SOSPESO
	NTS	OFFERTA IDONEA
12	ATS	OFFERTA IDONEA
	BIOPSYBELL	OFFERTA NON IDONEA in quanto è stato presentato un sistema aperto al posto di un sistema chiuso



	MBT	OFFERTA IDONEA
	MEDIGAS	OFFERTA NON IDONEA in quanto è stato presentato un sistema aperto al posto di un sistema chiuso
13	BIOPSYBELL	OFFERTA IDONEA
	MBT	OFFERTA IDONEA
	NTS	OFFERTA IDONEA
14	MEDIGAS	OFFERTA IDONEA
15	MBT	OFFERTA IDONEA
16	MBT	OFFERTA NON IDONEA in quanto è stata presentata una stecca lunga 22 cm al posto di 11,7 cm
18	ATS	OFFERTA NON IDONEA in quanto il dispositivo non può essere utilizzato per la fecondazione fin dal giorno 0
	FUJIFILM	OFFERTA IDONEA
19	ATS	OFFERTA IDONEA
	FUJIFILM	OFFERTA IDONEA
20	FUJIFILM	OFFERTA IDONEA
	MBT	OFFERTA IDONEA
22	BIOSIGMA	OFFERTA IDONEA
	MBT	OFFERTA IDONEA
23	MBT	OFFERTA IDONEA
24	MBT	OFFERTA IDONEA
25	MBT	OFFERTA IDONEA
26	MBT	OFFERTA IDONEA

La Commissione decide l'ammissione e l'esclusione delle Ditte sopracitate per le ragioni espresse in precedenza (All.to 1).

La Commissione sospende il giudizio sulla Ditta Biosigma (All.to 2) in attesa del ricevimento della campionatura corretta.

I lavori della Commissione proseguono fino alle ore 15:15

La seduta, della quale viene redatto il presente verbale, viene chiusa alle ore 15:20.



Il presente verbale è costituito di n. 4 pagine e n.2 allegati

Le offerte delle Ditte rimangono conservate sulla Piattaforma Sintel.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione giudicatrice

IL PRESIDENTE

F.TO MASSIMO BERTOLI

I COMPONENTI

F.TO MARIA SIRONI

F.TO ELISA MARANGONI

UTENTI FORNITORI CATEGORIE MERCEOLOGICHE BUDGET PROCEDURE ANAC L.190 MODULO PROGRAMMAZIONE RILEVAZIONE GARE SRF INTEROPERABILITÀ APPALTI

Utente: BONORA RAFFAELE - Impiegato |  Vedi il mio profilo |  Comunicazioni(0)

MENU

Amministrazione
Dettaglio della procedura
Documentazione di gara
Storia offerte ML
Monitor multilotto
Aggiudicazione
Amministrativa Multilotto
Comunicazioni procedura
Report di procedura
Crea Bando
Modello della procedura
Notifiche
Libreria Documentale

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI

DISPOSITIVI MEDICI VARI PER PROCREAZIONE MEDICALMENT...

[Ritorna all'elenco delle procedure](#)
[Visualizza Lotti](#)**Stato ricezione messaggio**

Di seguito le informazioni relative allo stato di ricezione del messaggio. Ogni fornitore visualizza i messaggi inviati all'interno della funzionalità "Comunicazioni della procedura". Il fornitore ha la possibilità di inviare alla stazione appaltante una conferma dell'avvenuta lettura del messaggio.

ID	DATA INVIO	DESTINATARI
210102377	giovedì 13 novembre 2025 9.53.38 CET	Biosigma S.p.A. : Ricevuto il martedì 18 novembre 2025 8.40.45 CET

Dati messaggio

OGGETTO	TESTO MESSAGGIO
SOCCORSO ISTRUTTORIO	Spettabile Ditta, Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si evidenzia che, in esito alle operazioni di verifica della campionatura presentata, è stata ravvisata la seguente irregolarità: - LOTTO 11: è stata presentata una fiasca da 450 ml e non da 50 ml come richiesto nell'All. P1. Entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della presente (20/11/2025), pena l'esclusione dalla procedura di gara in oggetto, deve essere fatta pervenire la campionatura richiesta. Distinti saluti. IL DIRIGENTE Dott. Raffaele Bonora

OK

Struttura Complessa

Gestione Acquisti

Direttore Dr. Cesarino Panarelli

Settore Dispositivi Medici

Responsabile: Claudia Ghidoni - Tel. 0376/464903

E-Mail claudia.ghidoni@asst-mantova.it

Referente della pratica: Dott. Nicola Chiribella - Tel. 0376/464147

E-Mail nicola.chiribella@asst-mantova.it

Mantova, li 12/11/2025

Spett.le Ditta
A.T.S. SRL
Ufficio Gare
Comunicazione a mezzo piattaforma Sintel

Fascicolo n. 2025/239 – Cl. 1.06.03

Oggetto:

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI PER PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA OCCORRENTI ALL' ASST DI MANTOVA
Disposizione e comunicazione di esclusione ai sensi dell'art. 90 co. 1 lett.d) del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36

Si comunica che, a seguito della valutazione da parte della Commissione giudicatrice del 07/11/2025, della documentazione tecnica e della campionatura da Voi presentata nell'ambito della procedura in oggetto e in corso sulla piattaforma telematica Sintel, la stessa ha riscontrato la non idoneità dei prodotti da Voi offerti per i seguenti Lotti e per le seguenti motivazioni:

- LOTTO 2: presenta un tubo di raccordo troppo lungo (90 cm) al posto di 50-60 cm ed ha un ago di 17,5 G al posto di 17 G;
- LOTTO 3: presenta una linea del vuoto lunga 250 cm oltre la tolleranza indicata dai 70 ai 240 cm;
- LOTTO 10: non presenta un confezionamento singolo;
- LOTTO 18: il dispositivo non può essere utilizzato per la fecondazione fin dal giorno 0.

Per i già indicati motivi si dispone e si comunica che codesta ditta è esclusa dalla partecipazione alla fase successiva di apertura dell'offerta economica riferita ai lotti sopra indicati.

Distinti saluti

Il Responsabile Unico del Progetto
Dr. Raffaele Bonora

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Claudia Ghidoni Tel. 0376/464903 E-mail: claudia.ghidoni@asst-mantova.it

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 – 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201

Responsabile dell'istruttoria: dott. Nicola Chiribella tel. 0376/464147 e-mail nicola.chiribella@asst-mantova.it

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico D.P.R. 28/12/2000 n.445 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 – 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201



Struttura Complessa
Gestione Acquisti

Direttore Dr. Cesarino Panarelli

Settore Dispositivi Medici

Responsabile: Claudia Ghidoni - Tel. 0376/464903

E-Mail claudia.ghidoni@asst-mantova.it

Referente della pratica: Dott. Nicola Chiribella - Tel. 0376/464147

E-Mail nicola.chiribella@asst-mantova.it

Mantova, li 12/11/2025

Spett.le Ditta
BIOPSYBELL SRL
Ufficio Gare
Comunicazione a mezzo piattaforma Sintel

Fascicolo n. 2025/239 – Cl. 1.06.03

Oggetto:

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI
PER PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA OCCORRENTI ALL' ASST DI MANTOVA
Disposizione e comunicazione di esclusione ai sensi dell'art. 90 co. 1 lett.d) del D.Lgs.31
marzo 2023, n. 36**

Si comunica che, a seguito della valutazione da parte della Commissione giudicatrice del 07/11/2025, della documentazione tecnica e della campionatura da Voi presentata nell'ambito della procedura in oggetto e in corso sulla piattaforma telematica Sintel, la stessa ha riscontrato la non idoneità dei prodotti da Voi offerti per i seguenti Lotti e per le seguenti motivazioni:

- LOTTO 12: è stato presentato un sistema aperto al posto di un sistema chiuso.

Per i già indicati motivi si dispone e si comunica che codesta ditta è esclusa dalla partecipazione alla fase successiva di apertura dell'offerta economica riferita al lotto sopra indicato.

Distinti saluti

Il Responsabile Unico del Progetto
Dr. Raffaele Bonora

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Claudia Ghidoni Tel. 0376/464903 E-mail: claudia.ghidoni@asst-mantova.it

Responsabile dell'istruttoria: dott. Nicola Chiribella tel. 0376/464147 e-mail nicola.chiribella@asst-mantova.it

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico D.P.R. 28/12/2000 n.445 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Paolino 10 – 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201

Struttura Complessa
Gestione Acquisti

Direttore Dr. Cesarino Panarelli

Settore Dispositivi Medici

Responsabile: Claudia Ghidoni - Tel. 0376/464903

E-Mail claudia.ghidoni@asst-mantova.it

Referente della pratica: Dott. Nicola Chiribella - Tel. 0376/464147

E-Mail nicola.chiribella@asst-mantova.it

Mantova, li 12/11/2025

Spett.le Ditta
DEFARMA SPA
Ufficio Gare
Comunicazione a mezzo piattaforma Sintel

Fascicolo n. 2025/239 – Cl. 1.06.03

Oggetto:

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI PER PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA OCCORRENTI ALL' ASST DI MANTOVA
Disposizione e comunicazione di esclusione ai sensi dell'art. 90 co. 1 lett.d) del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36

Si comunica che, a seguito della valutazione da parte della Commissione giudicatrice del 07/11/2025, della documentazione tecnica e della campionatura da Voi presentata nell'ambito della procedura in oggetto e in corso sulla piattaforma telematica Sintel, la stessa ha riscontrato la non idoneità dei prodotti da Voi offerti per i seguenti Lotti e per le seguenti motivazioni:

- LOTTO 2: presenta un tubo di raccordo troppo lungo (80 cm) al posto di 50-60 cm.

Per i già indicati motivi si dispone e si comunica che codesta ditta è esclusa dalla partecipazione alla fase successiva di apertura dell'offerta economica riferita al lotto sopra indicato.

Distinti saluti

Il Responsabile Unico del Progetto
Dr. Raffaele Bonora

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Claudia Ghidoni Tel. 0376/464903 E-mail: claudia.ghidoni@asst-mantova.it

Responsabile dell'istruttoria: dott. Nicola Chiribella tel. 0376/464147 e-mail nicola.chiribella@asst-mantova.it

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico D.P.R. 28/12/2000 n.445 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Païolo 10 – 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201

Struttura Complessa

Gestione Acquisti

Direttore Dr. Cesarino Panarelli

Settore Dispositivi Medici

Responsabile: Claudia Ghidoni - Tel. 0376/464903

E-Mail claudia.ghidoni@asst-mantova.it

Referente della pratica: Dott. Nicola Chiribella - Tel. 0376/464147

E-Mail nicola.chiribella@asst-mantova.it

Mantova, li 12/11/2025

Spett.le Ditta
M.B.T. SRL
Ufficio Gare
Comunicazione a mezzo piattaforma Sintel

Fascicolo n. 2025/239 – Cl. 1.06.03

Oggetto:

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI PER PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA OCCORRENTI ALL' ASST DI MANTOVA
Disposizione e comunicazione di esclusione ai sensi dell'art. 90 co. 1 lett.d) del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36

Si comunica che, a seguito della valutazione da parte della Commissione giudicatrice del 07/11/2025, della documentazione tecnica e della campionatura da Voi presentata nell'ambito della procedura in oggetto e in corso sulla piattaforma telematica Sintel, la stessa ha riscontrato la non idoneità dei prodotti da Voi offerti per i seguenti Lotti e per le seguenti motivazioni:

- LOTTO 2: presenta un tubo di raccordo troppo lungo (80 cm) al posto di 50-60 cm;
- LOTTO 5: il catetere è lungo 22 cm sotto la lunghezza richiesta di 23-26 cm e l'otturatore è lungo 17 cm al posto dei 24-30 cm richiesti;
- LOTTO 16: è stata presentata una stecca lunga 22 cm al posto di 11,7 cm;
- LOTTO 18: il dispositivo non può essere utilizzato per la fertilizzazione fin dal giorno 0.

Per i già indicati motivi si dispone e si comunica che codesta ditta è esclusa dalla partecipazione alla fase successiva di apertura dell'offerta economica riferita ai lotti sopra indicati.

Distinti saluti

Il Responsabile Unico del Progetto
Dr. Raffaele Bonora

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Claudia Ghidoni Tel. 0376/464903 E-mail: claudia.ghidoni@asst-mantova.it

Responsabile dell'istruttoria: dott. Nicola Chiribella tel. 0376/464147 e-mail nicola.chiribella@asst-mantova.it

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 – 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico D.P.R. 28/12/2000 n.445 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 – 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201



Struttura Complessa
Gestione Acquisti

Direttore Dr. Cesarino Panarelli

Settore Dispositivi Medici

Responsabile: Claudia Ghidoni - Tel. 0376/464903

E-Mail claudia.ghidoni@asst-mantova.it

Referente della pratica: Dott. Nicola Chiribella - Tel. 0376/464147

E-Mail nicola.chiribella@asst-mantova.it

Mantova, li 12/11/2025

Spett.le Ditta
MEDIGAS ITALIA SRL
Ufficio Gare
Comunicazione a mezzo piattaforma Sintel

Fascicolo n. 2025/239 – Cl. 1.06.03

Oggetto:

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI
PER PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA OCCORRENTI ALL' ASST DI MANTOVA
Disposizione e comunicazione di esclusione ai sensi dell'art. 90 co. 1 lett.d) del D.Lgs.31
marzo 2023, n. 36**

Si comunica che, a seguito della valutazione da parte della Commissione giudicatrice del 07/11/2025, della documentazione tecnica e della campionatura da Voi presentata nell'ambito della procedura in oggetto e in corso sulla piattaforma telematica Sintel, la stessa ha riscontrato la non idoneità dei prodotti da Voi offerti per i seguenti Lotti e per le seguenti motivazioni:

- LOTTO 12: è stato presentato un sistema aperto al posto di un sistema chiuso.

Per i già indicati motivi si dispone e si comunica che codesta ditta è esclusa dalla partecipazione alla fase successiva di apertura dell'offerta economica riferita al lotto sopra indicato.

Distinti saluti

Il Responsabile Unico del Progetto
Dr. Raffaele Bonora

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Claudia Ghidoni Tel. 0376/464903 E-mail:
claudia.ghidoni@asst-mantova.it

Responsabile dell'istruttoria: dott. Nicola Chiribella tel. 0376/464147 e-mail nicola.chiribella@asst-mantova.it

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico D.P.R. 28/12/2000 n.445 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Païolo 10 – 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201

Struttura Complessa
Gestione Acquisti

Direttore Dr. Cesarino Panarelli

Settore Dispositivi Medici

Responsabile: Claudia Ghidoni - Tel. 0376/464903

E-Mail claudia.ghidoni@asst-mantova.it

Referente della pratica: Dott. Nicola Chiribella - Tel. 0376/464147

E-Mail nicola.chiribella@asst-mantova.it

Mantova, li 12/11/2025

Spett.le Ditta
N.T.S. SRL
Ufficio Gare
Comunicazione a mezzo piattaforma Sintel

Fascicolo n. 2025/239 – Cl. 1.06.03

Oggetto:

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI
PER PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA OCCORRENTI ALL' ASST DI MANTOVA
Disposizione e comunicazione di esclusione ai sensi dell'art. 90 co. 1 lett.d) del D.Lgs.31
marzo 2023, n. 36**

Si comunica che, a seguito della valutazione da parte della Commissione giudicatrice del 07/11/2025, della documentazione tecnica e della campionatura da Voi presentata nell'ambito della procedura in oggetto e in corso sulla piattaforma telematica Sintel, la stessa ha riscontrato la non idoneità dei prodotti da Voi offerti per i seguenti Lotti e per le seguenti motivazioni:

- LOTTO 4: la guida non è compatibile per l'utilizzo con l'ecotomografo Philips modello Affini 70 e con sonda ecografica C9-4V;
- LOTTO 9: non presenta un'area esterna che consenta di scrivere; inoltre presenta un'area di coltura di 30 mm inferiore ai 40 mm richiesti.

Per i già indicati motivi si dispone e si comunica che codesta ditta è esclusa dalla partecipazione alla fase successiva di apertura dell'offerta economica riferita ai lotti sopra indicati.

Distinti saluti

Il Responsabile Unico del Progetto
Dr. Raffaele Bonora

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Claudia Ghidoni Tel. 0376/464903 E-mail: claudia.ghidoni@asst-mantova.it

Responsabile dell'istruttoria: dott. Nicola Chiribella tel. 0376/464147 e-mail nicola.chiribella@asst-mantova.it

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 – 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico D.P.R. 28/12/2000 n.445 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 – 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201



Struttura Complessa

Gestione Acquisti

Direttore Dr. Cesarino Panarelli

Settore Dispositivi Medici

Responsabile: Claudia Ghidoni - Tel. 0376/464903

E-Mail claudia.ghidoni@asst-mantova.it

Referente della pratica: Dott. Nicola Chiribella - Tel. 0376/464147

E-Mail nicola.chiribella@asst-mantova.it

Mantova, li 16/01/2025

Spett.le Ditta
A.T.S. SRL
Ufficio Gare
Comunicazione a mezzo piattaforma Sintel

Fascicolo n. 2025/239 – Cl. 1.06.03

Oggetto:

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI
PER PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA OCCORRENTI ALL' ASST DI MANTOVA
Disposizione e comunicazione di esclusione ai sensi dell'art. 90 co. 1 lett.d) del D.Lgs.31
marzo 2023, n. 36**

Si comunica che, a seguito della valutazione da parte della Commissione giudicatrice, della documentazione tecnica e della campionatura da Voi presentata nell'ambito della procedura in oggetto e in corso sulla piattaforma telematica Sintel, la stessa ha riscontrato la non idoneità dei prodotti da Voi offerti per il seguente Lotto e per le seguenti motivazioni:

- LOTTO 7: non presenta il sistema di fissaggio per il gel ecografico.

Per i sopra indicati motivi si dispone e comunica che codesta ditta è esclusa dalla partecipazione alla fase successiva di apertura dell'offerta economica riferita al lotto sopra indicato.

Distinti saluti

Il Responsabile Unico del Progetto
Dr. Raffaele Bonora

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Claudia Ghidoni Tel. 0376/464903 E-mail: claudia.ghidoni@asst-mantova.it

Responsabile dell'istruttoria: dott. Nicola Chiribella tel. 0376/464147 e-mail nicola.chiribella@asst-mantova.it

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico D.P.R. 28/12/2000 n.445 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 – 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201



Struttura Complessa

Gestione Acquisti

Direttore Dr. Cesarino Panarelli

Settore Dispositivi Medici

Responsabile: Claudia Ghidoni - Tel. 0376/464903

E-Mail claudia.ghidoni@asst-mantova.it

Referente della pratica: Dott. Nicola Chiribella - Tel. 0376/464147

E-Mail nicola.chiribella@asst-mantova.it

Mantova, li 16/01/2025

Spett.le Ditta
STRUMEDICAL SRL
Ufficio Gare
Comunicazione a mezzo piattaforma Sintel

Fascicolo n. 2025/239 – Cl. 1.06.03

Oggetto:

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI
PER PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA OCCORRENTI ALL' ASST DI MANTOVA
Disposizione e comunicazione di esclusione ai sensi dell'art. 90 co. 1 lett.d) del D.Lgs.31
marzo 2023, n. 36**

Si comunica che, a seguito della valutazione da parte della Commissione giudicatrice, della documentazione tecnica e della campionatura da Voi presentata nell'ambito della procedura in oggetto e in corso sulla piattaforma telematica Sintel, la stessa ha riscontrato la non idoneità dei prodotti da Voi offerti per il seguente Lotto e per le seguenti motivazioni:

- LOTTO 7: presenta il sistema di fissaggio con elastico non idoneo in quanto le dimensioni sono eccessive, costringendo l'operatore a compiere un doppio giro che lacera il coprisonda.

Per i sopra indicati motivi si dispone e comunica che codesta ditta è esclusa dalla partecipazione alla fase successiva di apertura dell'offerta economica riferita al lotto sopra indicato.

Distinti saluti

Il Responsabile Unico del Progetto
Dr. Raffaele Bonora

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Claudia Ghidoni Tel. 0376/464903 E-mail: claudia.ghidoni@asst-mantova.it

Responsabile dell'istruttoria: dott. Nicola Chiribella tel. 0376/464147 e-mail nicola.chiribella@asst-mantova.it

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 – 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico D.P.R. 28/12/2000 n.445 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate