



PROCEDURA APERTA TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA, PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI TRAPANI PER CHIRURGIA ORTOPEDICA ED ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALL'ASST DI MANTOVA (CAPOFILA), ALL'ASST DI CREMONA ED ALLA ASST PAPA GIOVANNI XXIII BERGAMO (MANDANTI).

VERBALE N.3

LAVORI COMMISSIONE GIUDICATRICE

Seduta riservata del 15 Ottobre 2025

L'anno 2025, il giorno 15 Ottobre, alle ore 13.00, presso la sala riunioni della Struttura di Ingegneria Clinica Aziendale si è insediata la Commissione Giudicatrice nominata con atto n. 739 del 26/06/2025 nell'ambito del procedimento di gara indicato in epigrafe:

Sono presenti i Signori:

- Dott. Andrea Pizzoli, Direttore della Struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia dell'ASST di Mantova, Presidente;
- Ing. Vincenzo Fabio Inchingoli, Collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso la Struttura Ingegneria Clinica Aziendale (Ing. Marco Franzoni, Responsabile Struttura Semplice Ingegneria Clinica Aziendale – Supplente), Componente;
- Sig.ra Patrizia Ferrari, Infermiera Strumentista in servizio presso la Struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia dell'Azienda, Componente;

Svolge le funzioni di verbalizzante Ing. Vincenzo Fabio Inchingoli.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

La Commissione prosegue con l'attribuzione dei punteggi previsti dal disciplinare di gara.

Al termine dell'attribuzione dei punteggi la commissione riscontra come tutte le offerte superano la soglia di sbarramento prevista pari a 42 punti su 70.



La commissione procede quindi alla prima riparametrizzazione dei punteggi sui singoli criteri. Gli esiti di tale operazione vengono riportati di seguito:

- Ditta CONMED ITALIA SRL punti 47,48 su 70,00
- Ditta JOHNSON&JOHNSONS MEDICAL SPA punti 44,91 su 70,00
- Ditta MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA punti 67,45 su 70,00

Con il seguente dettaglio:

RIEPILOGO PUNTEGGI							
n° criterio	Criterio	Descrizione di valutazione	Modalità di valutazione	max punti	ditta Conmed	ditta Johnson&Johnson	ditta Mida
1	Manipolo motore Large Bone – n° giri	Viene valutato il n° massimo di giri con proporzione diretta	Q	2	2,00	1,93	1,60
2	Manipolo motore Large Bone – coppia	Viene valutata la coppia massima con proporzione diretta	Q	2	1,92	1,42	2,00
3	Manipolo motore Large Bone – peso complessivo	Viene valutato il peso complessivo del manipolo (con batteria e senza accessori) con proporzione inversa	Q	3	3,00	2,58	2,54
4	Manipolo motore Large Bone – capacità batteria	Viene valutata la capacità della batteria con proporzione diretta	Q	2	2,00	0,96	1,76
5	Set Large Bone – ergonomia	Viene valutata l'ergonomia di manipoli ed accessori nella pratica clinica	D	4	2,07	2,07	4,00
6	Set Large Bone – prestazioni	Vengono valutate le prestazioni dei dispositivi nelle procedure cliniche	D	9	5,00	8,00	9,00
7	Set Large Bone – completezza accessori	Viene valutata la gamma di accessori (lame e attacchi) messi a disposizione	D	3	3,00	3,00	3,00



8	Set Large Bone - assemblaggio	Viene valutata la semplicità nell'assemblaggio e nel disassemblaggio degli accessori e della batteria	D	5	4,50	1,17	5,00
9	Manipolo motore Small Bone – n° giri	Viene valutato il n° massimo di giri con proporzione diretta	Q	2	2,00	1,67	2,00
10	Manipolo motore Small Bone – coppia	Viene valutata la coppia massima con proporzione diretta	Q	2	1,82	0,67	2,00
11	Manipolo motore Small Bone – peso complessivo	Viene valutato il peso complessivo del manipolo (con batteria e senza accessorio) con proporzione inversa	Q	3	2,30	3,00	2,45
12	Manipolo motore Small Bone – capacità batteria	Viene valutata la capacità della batteria con proporzione diretta	Q	2	1,10	2,00	1,10
13	Set Small Bone – ergonomia	Viene valutata l'ergonomia di manipoli ed accessori nella pratica clinica	D	4	2,07	2,07	4,00
14	Set Small Bone – prestazioni	Vengono valutate le prestazioni dei dispositivi nelle procedure cliniche	D	9	7,20	7,20	9,00
15	Set Small Bone – completezza accessori	Viene valutata la gamma di accessori (lame e attacchi) messi a disposizione	D	3	3,00	3,00	3,00
16	Set Small Bone - Assemblaggio	Viene valutata la semplicità nell'assemblaggio e nel disassemblaggio degli accessori e della batteria	D	5	4,50	1,17	5,00
17	Caratteristiche innovative	Vengono valutate complessivamente le caratteristiche innovative/migliorative dei dispositivi offerti	D	10	0,00	3,00	10,00
TOTALE					47,48	44,91	67,45



La commissione procede alla seconda riparametrizzazione (sul totale del punteggio tecnico), gli esiti di tale operazione vengono riportati di seguito:

- *Ditta CONMED ITALIA SRL punti 49,28 su 70,00*
- *Ditta JOHNSON&JOHNSONS MEDICAL SPA punti 46,61 su 70,00*
- *Ditta MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA punti 70,00 su 70,00*

La commissione conclude i lavori.

Il presente Verbale viene trasmesso al Responsabile Unico del Progetto per gli adempimenti di competenza.

La Commissione dà infine atto che la documentazione di gara e le offerte delle ditte Concorrenti, tutte in versione originale, sono depositate sulla Piattaforma Sintel che ne garantisce la segretezza, l'integrità e l'inviolabilità dei contenuti.

La seduta, della quale viene redatto il presente verbale costituito da n.4 pagine e n.0 allegati, viene chiusa alle ore 16:00.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

I componenti la Commissione

L'originale del presente verbale SOTTOSCRITTO è depositato in atti.