



Fascicolo n. 2025/844/0-CL.1.06.03

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA, PER L'APPALTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI STAMPANTI PER VETRINI E PER BIOCASSETTE PER LA TRACCIABILITA' DEI CAMPIONI BIOLOGICI

**VERBALE N.3 DELLA SEDUTA RISERVATA
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

L'anno 2026, il giorno 17.07.2026 alle ore 09.00, presso lo Studio della Dr.ssa Rosa Rinaldi, Dirigente Medico del Servizio Medicina di Laboratorio del Presidio Ospedaliero di Mantova, si è insediata la Commissione Giudicatrice, individuata nell'ambito del procedimento di gara indicato in epigrafe con decreto del Direttore Generale n. 280 del 05 marzo 2026.

Sono presenti i Sigg.ri:

- 1) Presidente: Dr.sa Rosa Rinaldi – Responsabile della Struttura di Anatomia Patologica dell'Azienda;
- 2) Componente: Dr.sa Elisa Pecini – Coordinatore Tecnico Struttura di Anatomia Patologica dell'Azienda;
- 3) Componente: Ing. Giacomo Pintani – Dirigente della Struttura di Ingegneria Clinica dell'Azienda.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dr.ssa Elisa Pecini.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente della Commissione dà atto che, con riferimento alle difformità rilevate nel precedente verbale, il RUP ha informato la stessa Commissione di aver richiesto chiarimenti alle Ditte Medi Diagnostici S.r.l. ed E-Predia Italy S.r.l., le quali hanno trasmesso le relative risposte, acquisite agli atti della procedura.

La Commissione prende atto dei chiarimenti trasmessi dalle Ditte Medi Diagnostici S.r.l. ed E-Predia Italy S.r.l. e, sulla base delle risposte fornite, stabilisce all'unanimità di ammettere entrambe le Ditte alle successive fasi della valutazione tecnica.

La Commissione riprende, quindi, con l'attività di analisi e studio dell'offerta tecnica presentata dai quattro operatori economici: dalle Ditte Histo-Line Laboratories S.r.l., Diapath S.p.a., Medi Diagnostici S.r.l. e E-Predia S.r.l.

La configurazione dei prodotti offerti dalle Ditte concorrenti viene riportata sinteticamente nel prospetto allegato al presente verbale quale forma parte integrante e sostanziale (Allegato n 1).

La Commissione procede quindi a verificare, in prima analisi, la rispondenza degli strumenti offerti rispetto alla configurazione ed alle caratteristiche tecniche indispensabili ed obbligatorie previste, pena l'esclusione, dall'art. 3 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazione, Allegato P1 del Disciplinare di gara.

La Commissione rileva, tra l'altro, che la Ditta E-Predia S.r.l., con riferimento al requisito n. 14 del dell'allegato P1 (Capitolato speciale descrittivo e prestazionale art. 3.1), relativo alla fornitura in service di n. 2 (due) stampanti per biocassette per la tracciabilità dei campioni biologici, di seguito



riportato *"Avere un sistema di scarico automatizzato e ordinato di almeno n. 30 (trenta) cassette"*, ha proposto una soluzione che non risulta soddisfare il requisito richiesto.

Dalla documentazione tecnica presentata emerge infatti che le stampanti offerte risultano dotate di un sistema automatico e motorizzato denominato "Sorter" che utilizza un raccogliatore con capacità massima di sole 25 cassette; una volta raggiunta tale capacità, il raccogliatore deve essere rimosso manualmente e sostituito con uno vuoto.

La soluzione proposta, pertanto, non dispone di un sistema di scarico automatizzato e ordinato con capacità di almeno 30 cassette, come espressamente richiesto nell'allegato P1 sopraindicato.

La Commissione rileva, inoltre, che l'equivalenza proposta dalla Ditta E-Predia S.r.l per mezzo della fornitura di più raccoglitori da sostituire manualmente all'occorrenza non può essere riconosciuta in quanto non garantisce il medesimo livello prestazionale e funzionale richiesto.

La Commissione, a conclusione delle operazioni di verifica della congruità dei prodotti offerti rispetto a quanto sopra indicato, condivide all'unanimità che la strumentazione, il materiale di consumo, i sistemi informativi proposti dalle Ditte:

- Diapath S.p.a.
- Histo-Line Laboratories S.r.l.
- Medi Diagnostici S.r.l.

risultano in possesso di tutti i requisiti minimi ed obbligatori previsti dalla documentazione di gara, a pena di esclusione e sono pertanto ritenuti idonei ai fini dell'ammissione alle successive fasi della procedura.

La Commissione, con riferimento alla Ditta E-Predia S.r.l., rilevato il mancato possesso del requisito tecnico minimo ed obbligatorio n. 14 dell'Allegato P1, art. 3.1, previsto dalla documentazione di gara a pena di esclusione, ritiene i prodotti offerti non idonei per le motivazioni sopraindicate e dispone di non ammettere la medesima Ditta alle successive fasi della procedura di gara.

Il Presidente della Commissione dispone la trasmissione del presente verbale al RUP per gli adempimenti di competenza.

La Commissione chiude la seduta alle ore 11.00 che sarà successivamente aggiornata per proseguire le operazioni di valutazione in data che verrà comunicata dal Presidente.

Il presente verbale è costituito di n. 2 pagine e di n. 1 allegato.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Rosa Rinaldi _____

I COMPONENTI

Dr.ssa Elisa Pecini _____

Ing. Giacomo Pintani _____

L'originale del presente verbale, debitamente sottoscritto dalla Commissione Giudicatrice, è depositato in atti.



ALLEGATO N. 1

Fasc. n. 2025/844/0-CL.1.06.03

FORNITURA IN SERVICE DI STAMPANTI PER VETRINI E PER BIOCASSETTE PER LA TRACCIABILITA' DEI CAMPIONI BIOLOGICI OCCORRENTI ALL'ASST DI MANTOVA (CAPOFILA) ED ALL'ASST DEL GARDA (MANDANTE)

RIEPILOGO STRUMENTI OFFERTI

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

DITTA	SISTEMI PROPOSTI
DIAPATH SpA	n. 7 stampanti per vetrini, modello Pismart Slide Printer Stampante per vetrini doppio caricatore, codice CRD-JAG-1300-00C. Il sistema offerto è comprensivo di: computer touchscreen con tastiera e mouse, barcode reader, caricatore da 110 vetrini, PiSmart complete collection exit system 72 Slides n. 2 Laser cassette printer UC-600 6 Hoppers, codice CRD-UC-600. Il sistema offerto è comprensivo di: computer touchscreen con tastiera e mouse, lettore barcode
EPREDIA ITALY srl	N. 7 stampanti per vetrini, modello Slide Mate Pro a trasferimento termico, codice prodotto: A83900015. N. 2 stampanti laser VEGA per biocassette con sistema SORTER, codice prodotto: 8000040, accessoriati con due PC All in One codice prodotto: B81300033 e 2 lettore codice a barre Zebra
HISTO-LINE srl	Tutta strumentazione nuova e di ultima generazione: n. 7 stampanti per vetrini Slide Printer, codice G306. n. 2 stampante laser per cassette SurePrint, codice C100
MEDI DIAGNOSTICI srl	n. 7 stampante per vetrini, modello ESPOII SLIDE PRINTER, codice ES2-001. n. 2 stampante per biocassette, modello carosello a 6 magazzini, codice KF-UE-006.

**AZIENDA SOCIO SANITARIA DEL GARDA**

DITTA	SISTEMI PROPOSTI
DIAPATH SpA	• n. 7 stampanti per vetrini, modello Pismart Slide Printer Stampante per vetrini doppio caricatore, codice CRD-JAG-1300-00C. Il sistema offerto è comprensivo di: computer touchscreen con tastiera e mouse, barcode reader, caricatore da 110 vetrini, PiSmart complete collection exit system 72 Slides. • n. 2 laser cassette printer UC-600 6 Hoppers, codice CRD-UC-600. Il sistema offerto è comprensivo di: Computer Touchscreen con tastiera e mouse, lettore barcode
EPREDIA ITALY srl	• N. 7 stampanti per vetrini, modello Slide Mate Pro a trasferimento termico, codice prodotto: A83900015. • N. 2 Stampanti laser VEGA per biocassette con sistema SORTER, codice prodotto: 8000040, accessoriati con (2) due PC All in One codice prodotto: B81300033 e 2 (due) lettore codice a barre Zebra
HISTO-LINE srl	• n. 7 Slide Printer Stampante Termica di vetrini, codice G306. • n. 2 Stampante Laser per Cassette SurePrint, codice C100.
MEDI DIAGNOSTICI srl	• n. 7 Stampante per vetrini, modello ESPOII SLIDE PRINTER, codice ES2-001. • n. 2 stampante per biocassette, modello carosello a 6 magazzini, codice KF-UE-006