



Fascicolo n. 2025/844/0-CL.1.06.03

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA, PER L'APPALTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI STAMPANTI PER VETRINI E PER BIOCASSETTE PER LA TRACCIABILITA' DEI CAMPIONI BIOLOGICI

**VERBALE N.4 DELLA SEDUTA RISERVATA
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

L'anno 2026, il giorno 20.07.2026 alle ore 14.30, presso lo Studio della Dr.ssa Rosa Rinaldi, Dirigente Medico del Servizio Medicina di Laboratorio del Presidio Ospedaliero di Mantova, si è insediata la Commissione Giudicatrice, individuata nell'ambito del procedimento di gara indicato in epigrafe con decreto del Direttore Generale n. 280 del 05 marzo 2026.

Sono presenti i Sigg.ri:

- 1) Presidente: Dr.ssa Rosa Rinaldi – Responsabile della Struttura di Anatomia Patologica dell'Azienda;
- 2) Componente: Dr.ssa Elisa Pecini – Coordinatore Tecnico Struttura di Anatomia Patologica dell'Azienda;
- 3) Componente: Ing. Giacomo Pintani – Dirigente della Struttura di Ingegneria Clinica dell'Azienda.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dr.ssa Elisa Pecini.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione riprende, quindi, l'attività di analisi dell'offerta, delle ditte ammesse, ai fini della valutazione tecnica seguendo l'ordine degli elementi di giudizio e relativi parametri indicati al paragrafo 19.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" del Disciplinare di gara.

I Commissari, con riferimento al parametro n. 11 della tabella dei criteri di valutazione di cui al paragrafo 19.1 del Disciplinare di Gara, qualificato come criterio "Discrezionale" (D), attribuiscono singolarmente, discrezionalmente, in via diretta, a ciascun concorrente un coefficiente compreso tra 0 e 1 secondo le modalità previste dal medesimo paragrafo.

La Commissione procede, quindi, al calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari con arrotondamento. Le risultanze di tale operazione sono riportati nella scheda allegata al presente verbale (Allegato n. 1).

La Commissione procede, quindi, a moltiplicare la media dei coefficienti attribuiti all'offerta delle Ditte concorrenti da parte di tutti i Commissari per il valore di punteggio massimo attribuibile per l'elemento di valutazione in questione.

I risultati di tale operazione sono riportati nella scheda allegata al presente verbale (Allegato n. 2).

La Commissione procede, perciò, ad assegnare collegialmente, con riferimento ai parametri n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13 della tabella dei criteri di valutazione di cui al paragrafo 19.1 del Disciplinare di Gara, qualificati come criteri "Tabellari" (T), il relativo punteggio automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto ovvero in ragione dell'entità della presenza di una data qualità.

I risultati delle suddette operazioni sono riportati nella scheda allegata al presente verbale (Allegato n.3).



La Commissione Giudicatrice procede, successivamente, alla sommatoria di tutti i punteggi attribuiti sia singolarmente sia collegialmente.

I risultati delle suddette operazioni sono riportati nella scheda allegata al presente verbale (Allegato n. 4).

La Commissione prende atto che le Ditte Diapath S.p.A., Histo-Line Laboratories S.r.l. e Medi Diagnostici S.r.l. vengono ammesse al prosieguo della procedura di gara avendo superato la soglia di sbarramento pari a punti 42 su 70.

Al termine dell'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti, la Commissione rileva che, con riferimento a ciascun criterio di valutazione, è stato attribuito il punteggio massimo previsto. Pertanto, ricorrendo le condizioni disciplinate dal paragrafo 19.2 del Disciplinare di Gara, recante "*Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica*", la Commissione non procede alle operazioni di riparametrazione.

Al termine delle operazioni di valutazione tecnica, quindi, la Commissione Giudicatrice all'unanimità approva la seguente graduatoria finale:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| • Diapath S.p.a. | punti 62,00 su 70,00 |
| • Histo-Line Laboratories S.r.l. | punti 60,50 su 70,00 |
| • Medi Diagnostici S.r.l. | punti 70,00 su 70,00 |

Conclusi i lavori, il presidente della Commissione dispone la trasmissione del presente Verbale al Responsabile Unico del Progetto (RUP), per gli adempimenti di competenza.

Il Presidente della Commissione dispone la trasmissione del presente verbale al Responsabile Unico del Progetto per gli adempimenti di competenza.

La Commissione chiude la seduta alle ore 16.30.

Il presente verbale è costituito di n. 02 pagine e di n. 04 allegati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Rosa Rinaldi

I COMPONENTI

Dr.ssa Elisa Pecini

Ing. Giacomo Pintani

L'originale del presente verbale, debitamente sottoscritto dalla Commissione Giudicatrice, è depositato in atti.

N. 2 STAMPANTI PER BIOCASSETTE PER LA TRACCIABILITA' DEI CAMPIONI BIOLOGICI							
Valori attribuiti discrezionalmente dal Commissario A							
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	MASSIMO PUNTI	Modalità di assegnazione dei punteggi	DITTA DIAPATH SPA	DITTA EPREDIA S.R.L.	DITTA HISTO-LINE SRL	DITTA MEDI DIAGNOSTICI S.R.L.	NOTE
11) Sistemi per contenere la formazione e/o l'emissione delle polveri	5	Discrezionale	0,6	-----	0,7	1	- Ditta Diapath: n.1 filtro per trattenimento polveri - Ditta Histo-Line:Filtro combinato Carbone-Hepa - Ditta Medi-Diagnostici: :n.4 strati di filtro (antibatterico, Hepa, Filtro a carbonme attivo ad alto contenuto di iodio)
Valori attribuiti discrezionalmente dal Commissario B							
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	MASSIMO PUNTI	Modalità di assegnazione dei punteggi	DITTA DIAPATH SPA	DITTA EPREDIA S.R.L.	DITTA HISTO-LINE SRL	DITTA MEDI DIAGNOSTICI S.R.L.	NOTE
11) Sistemi per contenere la formazione e/o l'emissione delle polveri	5	Discrezionale	0,6	-----	0,7	1	- Ditta Diapath: n.1 filtro per trattenimento polveri - Ditta Histo-Line:Filtro combinato Carbone-Hepa - Ditta Medi-Diagnostici: n.4 strati di filtro (antibatterico, Hepa, Filtro a carbonme attivo ad alto contenuto di iodio)
Valori attribuiti discrezionalmente dal Commissario C							
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	MASSIMO PUNTI	Modalità di assegnazione dei punteggi	DITTA DIAPATH SPA	DITTA EPREDIA S.R.L.	DITTA HISTO-LINE SRL	DITTA MEDI DIAGNOSTICI S.R.L.	NOTE
11) Sistemi per contenere la formazione e/o l'emissione delle polveri	5	Discrezionale	0,6	-----	0,7	1	- Ditta Diapath: n.1 filtro per trattenimento polveri - Ditta Histo-Line:Filtro combinato Carbone-Hepa - Ditta Medi-Diagnostici: n.4 strati di filtro (antibatterico, Hepa, Filtro a carbonme attivo ad alto contenuto di iodio)
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	MASSIMO PUNTI	Modalità di assegnazione dei punteggi	DITTA DIAPATH SPA	DITTA EPREDIA S.R.L.	DITTA HISTO-LINE SRL	DITTA MEDI DIAGNOSTICI S.R.L.	
VALORI MEDI COEFFICIENTI ATTRIBUITI DISCREZIONALMENTE DAI COMMISSARI	5	Discrezionale	0,60	-----	0,70	1,00	

N. 2 STAMPANTI PER BIOCASSETTE PER LA TRACCIABILITA' DEI CAMPIONI BIOLOGICI						
Valore di punteggio attribuito						
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	MASSIMO PUNTI	Modalità di assegnazione dei punteggi	DITTA DIAPATH SPA	DITTA EPREDIA S.R.L.	DITTA HISTO-LINE SRL	DITTA MEDI DIAGNOSTICI S.R.L.
11) Sistemi per contenere la formazione e/o l'emissione delle polveri	5	Discrezionale	3	-----	3,5	5
TOTALE COMPLESSIVO	5	Discrezionale				

N. 7 STAMPANTI PER VETRINI PER LA TRACCIABILITA' DEI CAMPIONI BIOLOGICI

Punteggi Tabellari attribuiti collegialmente dalla Commissione Giudicatrice

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	MASSIMO PUNTI	Modalità di assegnazione dei punteggi	DITTA DIAPATH SPA	DITTA EPREDIA S.R.L.	DITTA HISTO-LINE SRL	DITTA MEDI DIAGNOSTICI S.R.L.	NOTE
1) Capacità di carico per singolo caricatore Uguale o maggiore di 100 vetrini = punti 10 da 80 a 99 vetrini = punti 7 da 70 a 79 vetrini = punti 5)	10	Tabellare	10	-----	10	10	- Diapath:2 caricatori da 110 - Histo-Line:2 caricatori da 100 vetrini - Medi Diagnostici:2 caricatori da 100 vetrini
2) Peso stampante Inferiore a 5 Kg = punti 6 da 5,1 a 6 Kg = punti 4 uguale o superiore a 6,1 Kg = punti 2 superiore a 10 Kg = punti 0	6	Tabellare	4	-----	2	6	- Diapath:5,9 Kg - Histo-Line:8,1 Kg - Medi Diagnostici:4,5 Kg
3) Larghezza stampante inferiore a 14 cm = punti 6 da 14 cm a 20 cm = punti 4 superiore a 20 cm = punti 1	6	Tabellare	4	-----	6	6	- Diapath:16 cm - Histo-Line:11 cm - Medi Diagnostici:12 cm
4) Profondità stampante uguale o inferiore a 35 cm = punti 5 superiore a 35 cm = punti 3	5	Tabellare	5	-----	5	5	- Diapath:33 cm - Histo-Line:30 cm - Medi Diagnostici:24 cm
5) Possibilità di stampare vetrini già allestiti tramite caricamento indipendente dai magazzini (SI = punti 5 – NO = punti 0)	5	Tabellare	5	-----	5	5	- Diapath:si - Histo-Line:si - Medi Diagnostici:si
6) Velocità di stampa a vetrino Minore o uguale 3 secondi = punti 4 4 secondi = punti 2 5 secondi = punti 1 Superiore a 5 secondi = punti 0	4	Tabellare	4	-----	4	4	- Diapath:3 s - Histo-Line: minore o uguale 3 s - Medi Diagnostici:3 s

7) Stampante dotata di sistema integrato on-board WI-Fi presenza = punti 2 assenza = punti 0	2	Tabellare	2	-----	2	2	- Diapath: si - Histo-Line:si - Medi Diagnostici:si
N. 2 STAMPANTI PER BIOCASSETTE PER LA TRACCIABILITA' DEI CAMPIONI BIOLOGICI							
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	MASSIMO PUNTI	Modalità di assegnazione dei punteggi	DITTA DIAPATH SPA	DITTA EPREDIA S.R.L.	DITTA HISTO-LINE SRL	DITTA MEDI DIAGNOSTICI S.R.L.	NOTE
8) Capacità del sistema di raccolta delle cassette stampante uguale o superiore a 120 cassette = punti 8 da 101 a 119 cassette = punti 6 da 60 a 100 cassette = punti 4 da 30 a 59 cassette = punti 0)	8	Tabellare	6	-----	4	8	- Diapath:119 - Histo-Line:100 - Medi Diagnostici:120
9) Numero caricatori integrati nella stampante numero 6 = punti 6 numero 5 = punti 4	6	Tabellare	6	-----	6	6	- Diapath:n.6 - Histo-Line:n.6 - Medi Diagnostici:n.6
10) Velocità di stampa uguale o superiore a 15 cassette/minuto = punti 6 da 10 a 14 cassette/minuto = punti 4 inferiore a 10 cassette/minuto = punti 0	6	Tabellare	6	-----	6	6	- Diapath:uguale o superiore a 15 a cassette/minuto - Histo-Line: sup. a 15 cassette/minuto - Medi Diagnostici:sup. a 15 cassette/min
12) Display Touch Screen integrato nella stampante di almeno 10" SI = punti 4 NO = punti 0	4	Tabellare	4	-----	4	4	- Diapath:si - Histo-Line:si - Medi Diagnostici:si
13) Tecnologia LASER UV SI = punti 3 NO = punti 0	3	Tabellare	3	-----	3	3	- Diapath:si - Histo-Line:si - Medi Diagnostici:si

N. 7 STAMPANTI PER VETRINI PER LA TRACCIABILITA' DEI CAMPIONI BIOLOGICI

Risultati finali dell'offerta tecnica						
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	MASSIMO PUNTI	Modalità di assegnazione dei punteggi	DITTA DIAPATH SPA	DITTA EPREDIA S.R.L.	DITTA HISTO-LINE SRL	DITTA MEDI DIAGNOSTICI S.R.L.
1) Capacità di carico per singolo caricatore Uguale o maggiore di 100 vetrini = punti 10 da 80 a 99 vetrini = punti 7 da 70 a 79 vetrini = punti 5)	10	Tabellare	10,00	-----	10,00	10,00
2) Peso stampante Inferiore a 5 Kg = punti 6 da 5,1 a 6 Kg = punti 4 uguale o superiore a 6,1 Kg = punti 2 superiore a 10 Kg = punti 0	6	Tabellare	4,00	-----	2,00	6,00
3) Larghezza stampante inferiore a 14 cm = punti 6 da 14 cm a 20 cm = punti 4 superiore a 20 cm = punti 1	6	Tabellare	4,00	-----	6,00	6,00
4) Profondità stampante uguale o inferiore a 35 cm = punti 5 superiore a 35 cm = punti 3	5	Tabellare	5,00	-----	5,00	5,00
5) Possibilità di stampare vetrini già allestiti tramite caricamento indipendente dai magazzini (SI = punti 5 – NO = punti 0)	5	Tabellare	5,00	-----	5,00	5,00
6) Velocità di stampa a vetrino Minore o uguale 3 secondi = punti 4 4 secondi = punti 2 5 secondi = punti 1 Superiore a 5 secondi = punti 0	4	Tabellare	4,00	-----	4,00	4,00

7) Stampante dotata di sistema integrato on-board WI-Fi presenza = punti 2 assenza = punti 0	2	Tabellare	2,00	-----	2,00	2,00
N. 2 STAMPANTI PER BIOCASSETTE PER LA TRACCIABILITA' DEI CAMPIONI BIOLOGICI						
8) Capacità del sistema di raccolta delle cassette stampante uguale o superiore a 120 cassette = punti 8 da 101 a 119 cassette = punti 6 da 60 a 100 cassette = punti 4 da 30 a 59 cassette = punti 0)	8	Tabellare	6,00	-----	4,00	8,00
9) Numero caricatori integrati nella stampante numero 6 = punti 6 numero 5 = punti 4	6	Tabellare	6,00	-----	6,00	6,00
10) Velocità di stampa uguale o superiore a 15 cassette/minuto = punti 6 da 10 a 14 cassette/minuto = punti 4 inferiore a 10 cassette/minuto = punti 0	6	Tabellare	6,00	-----	6,00	6,00
11) Sistemi per contenere la formazione e/o l'emissione delle polveri	5	Discrezionale	3,00	-----	3,50	5,00
12) Display Touch Screen integrato nella stampante di almeno 10" SI = punti 4 NO = punti 0	4	Tabellare	4,00	-----	4,00	4,00
13) Tecnologia LASER UV SI = punti 3 NO = punti 0	3	Tabellare	3,00	-----	3,00	3,00
TOTALE COMPLESSIVO	70		62,00	-----	60,50	70,00