



APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA OPERATORIA IBRIDA PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO B2, DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "CARLO POMA" DI MANTOVA, MEDIANTE APPALTO INTEGRATO MISTO, COMPRENSIVO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI ANGIOGRAFIA DIGITALE.

VERBALE n.2
DELLA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Oggi mercoledì 12 agosto 2026, alle ore 15:00, presso la Sala Riunioni della Struttura Complessa Gestione Acquisti, sita nel Padiglione n. 3 del P.O. di Mantova, in Largo Paiolo n. 10, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice (di seguito, per brevità, "Commissione"), al fine di procedere all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche presentate nell'ambito della procedura di Appalto Integrato Misto per la realizzazione di una sala operatoria ibrida presso il Blocco Operatorio B2 del Presidio Ospedaliero "Carlo Poma" di Mantova, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La Commissione, nominata con Decreto 1029 del 06.08.2026, risulta così composta:

Ing. Giacomo Pintani – Presidente

Arch. Ilaria Bianchera – Componente

Dr.ssa Daniela Crestani – Componente

Dr.ssa Chiara Minari – Componente

Dr. Emilio Simonini – Componente

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante l'Arch. Ilaria Bianchera.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione riprende, quindi, con l'attività di analisi e studio dell'offerta tecnica presentata dalla R.T.I. avente quale mandataria/capogruppo Siemens Healthcare S.r.l. ai fini della verifica della rispondenza della soluzione offerta ai requisiti previsti dalla documentazione di gara.

Il Presidente della Commissione dà atto che, con riferimento alle esigenze rappresentate nel precedente verbale relative, rispettivamente, alla necessità di rendere visualizzabile un primo documento e di acquisire chiarimenti in ordine alla natura e al contenuto di un secondo documento/file, il Responsabile della Fase di Affidamento trasmette in data odierna, apposito verbale, con il quale:



- si attesta di aver provveduto, secondo le modalità ivi descritte, a rendere disponibile e consultabile il primo documento («RT – Relazione tecnica sulla progettazione, realizzazione dei lavori e impianti»), consentendone pertanto l'esame da parte della Commissione;
- con riferimento al secondo documento/file non visualizzabile («WRL1934.tmp»), si dà atto del chiarimento formalmente reso dall'Operatore Economico, secondo cui lo stesso costituisce un file temporaneo, erroneamente generato in fase di predisposizione della documentazione e, pertanto, un mero refuso da non prendere in considerazione ai fini della valutazione.

La Commissione prende atto di quanto sopra e procede all'esame del primo documento reso disponibile.

Il concorrente offre, in sintesi, la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori e degli impianti necessari alla realizzazione della sala operatoria ibrida oggetto dell'appalto, nonché la fornitura delle seguenti principali apparecchiature, attrezzature e sistemi:

- un angiografo del costruttore Siemens Healthcare S.r.l., modello Artis Pheno;
- un tavolo operatorio, sistemi pensili, una trave testaletto, due lampade scialitiche e una telecamera, tutti del costruttore Gentige/Maquet SAS;
- un sistema per la distribuzione e la gestione dei segnali biometrici e delle immagini operatorie, preoperatorie e di ripresa, costituito da componenti di diversi costruttori;
- numerosi accessori e dotazioni complementari di diversi costruttori.

Il concorrente offre, inoltre, le seguenti apparecchiature e dotazioni previste dalla documentazione di gara quali opzioni:

- una TAC del costruttore Siemens Healthcare S.r.l., modello SOMATOM Edge Plus;
- un ecotomografo cardiologico/vascolare del costruttore Siemens Healthcare S.r.l., modello ACUSON Origin;
- ulteriori accessori di diversi costruttori, tra cui un armadio su ruote per guide endovascolari, un tavolino servitore e uno sgabello per sala operatoria.

La Commissione procede, quindi, in via preliminare, alla verifica della rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche minime previste dal Capitolato tecnico – Parte II "Apparecchiature e attrezzature" della documentazione di gara.

Nell'ambito di tale verifica, la Commissione rileva che l'Operatore Economico ha prodotto due specifiche dichiarazioni/documentazioni di equivalenza, riferite ad altrettanti requisiti tecnici previsti dal Capitolato.



In particolare, la prima equivalenza riguarda le caratteristiche comuni dei due corpi lampada scialitiche, di cui all'art. 2.4 del Capitolato tecnico, con specifico riferimento al requisito relativo al "Diametro campo operatorio regolabile elettronicamente almeno da 160 a 250 mm".

La seconda equivalenza riguarda le caratteristiche dell'ecotomografo cardiologico/vascolare, di cui all'art. 3.2 del Capitolato tecnico, con specifico riferimento al requisito relativo alla presenza del "Modulo Doppler Tissutale (TDI) con visualizzazione della velocità di movimento del muscolo cardiaco sia in scala colorimetrica che in modalità Doppler spettrale".

La Commissione, a seguito di un'approfondita e puntuale analisi della documentazione tecnica e delle argomentazioni prodotte dall'Operatore Economico a sostegno delle equivalenze dichiarate, procede alla valutazione delle soluzioni proposte sotto il profilo tecnico e funzionale, verificandone l'idoneità a soddisfare le finalità sottese ai requisiti previsti dalla documentazione di gara.

All'esito di tale valutazione, la Commissione ritiene che la documentazione prodotta e le caratteristiche tecniche e funzionali delle soluzioni offerte consentano di riconoscere come accettabili le equivalenze dichiarate, in quanto ritenute idonee a soddisfare le esigenze funzionali e prestazionali poste alla base dei corrispondenti requisiti del Capitolato tecnico.

La Commissione ritiene, pertanto, all'unanimità accettabili le equivalenze dichiarate e considera soddisfatti i corrispondenti requisiti tecnici minimi, procedendo conseguentemente con la successiva valutazione dell'offerta tecnica ai fini della formulazione dei giudizi e dell'attribuzione dei relativi coefficienti, secondo i criteri previsti dalla documentazione di gara.

La Commissione chiude la seduta alle ore 18:15 che sarà successivamente aggiornata per proseguire le operazioni di valutazione in data che verrà comunicata dal Presidente.

Il presente verbale è costituito di n. 03 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ing. Giacomo Pintani

I COMPONENTI

Arch. Ilaria Bianchera

Dr.ssa Daniela Crestani

Dr.ssa Chiara Minari

Dr. Emilio Simonini

L'originale del presente verbale SOTTOSCRITTO è depositato in atti.