



Fasc. n. 2023/217/0-CL.1.06.03

PROCEDURA APERTA AGGREGATA IN FORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZAZIONE OCCORRENTE ALL'ASST DI MANTOVA (CAPOFILA) E ALL'ASST DI CREMONA (MANDANTI).**VERBALE N. 4 LAVORI COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Seduta riservata del 05 dicembre 2023

L'anno 2023, il giorno 5 dicembre, alle ore 9:45, presso la sala riunioni della Struttura Gestione Acquisti della ASST di Mantova, si è riunita la Commissione Giudicatrice, individuata nell'ambito del procedimento di gara indicato in epigrafe con decreto del Direttore Generale n. 809 del 25 luglio 2023.

Sono presenti le Sig.re

- 1) Presidente: Stellina Cestari – Responsabile del Confort Aziendale dell'ASST di Mantova;
- 2) Componente: Patrizia Davi – Coordinatrice della Centrale di Sterilizzazione del Presidio Ospedaliero di Mantova dell'ASST di Mantova;
- 3) Componente: Sonia Ferraresi– Coordinatrice dei Poliambulatori di Pieve e Quistello dell'ASST di Mantova;

Svolge le funzioni di verbalizzante Stellina Cestari.

La Presidente, constatata la presenza di tutti le Componenti e, quindi, la regolarità della seduta, la dichiara aperta.

La Presidente da atto della valutazione dei campioni delle ditte individuate nel precedente verbale del 20/11 u.s.

La commissione dopo la visione della campionatura per i seguenti dispositivi esprime le seguenti valutazioni:

LOTTO	DITTA	CARATTERISTICHE DA VALUTARE	ESITO
11	ID&CO	Nella parte posteriore del foglio test devono essere presenti spazi per le registrazioni manuali: a) Data e sede di esecuzione; b) Estremi identificativi dello sterilizzatore; c) Numero del ciclo; d) Risultato del test; e) Operatore f) Eventuale supervisore	REQUISITI PRESENTI-DITTA AMMESSA
	I-TEMA		REQUISITI PRESENTI-DITTA AMMESSA
	MEDIX		REQUISITI PRESENTI-DITTA AMMESSA
	NOVAMEDISAN		REQUISITI PRESENTI-DITTA AMMESSA
12	MEDIX	Sul Pacco prova devono essere presenti tutte le informazioni: a) Numero del Lotto; b) Nome o marchio del fabbricante;	REQUISITI PRESENTI-DITTA AMMESSA



		c) Indicatori di processo per vapore; d) Descrizione del contenuto; e) Data di scadenza; f) Temperatura di esposizione; g) In ogni confezione deve essere presente il dispositivo per lo schiacciamento delle fiale in vetro con il brodo di coltura, le quali devono attivarsi senza che vi sia la rottura della fiala esterna; h) Latex free; i) Resistenti alla manipolazione e alla sterilizzazione.	
27	BS MEDICAL	Presenza di Radiopachi, monouso contenuti in uno specifico supporto autoadesivo	REQUISITO NON PRESENTE-DITTA ESCLUSA

La Commissione da atto delle risposte pervenute ai chiarimenti (All.1) ed esprime le seguenti decisioni:

DITTA	LOTTO	CHIARIMENTO	DECISIONE
BS MEDICAL	14	Si chiede di indicare in quale parte della documentazione presentata sono rinvenibili le seguenti caratteristiche minime ed indispensabili: a) Non devono rilasciare particelle, prima, durante e dopo la sterilizzazione; b) Assenza di pulviscolo, di peluria e di scorie di lavorazione; c) Possedere effetto barriera.	Risposta accettabile, dispositivo rispondente alle caratteristiche tecniche, minime ed indispensabili-Ditta ammessa
ECS	13	Si chiede di confermare che il Test offerto possieda l'indicatore adesivo a differenza del campione presentato. In caso affermativo si chiede di trasmettere la campionatura corretta.	Campione corretto inviato-Ditta ammessa
GENIMPEX	32	Si chiede di integrare la campionatura riferita al Rotolo per il telo da 3,5 lt, inviando un rotolo intero	Campione corretto inviato-Ditta ammessa
ID&CO	14	Si chiede di indicare in quale parte della Documentazione presentata si	Risposta accettabile-Ditta ammessa



		rinvengono le seguenti caratteristiche tecniche ed indispensabili indicate nell'Allegato P2: a) Non devono rilasciare particelle, prima, durante e dopo la sterilizzazione; b) Assenza di pulviscolo, di peluria e di scorie di lavorazione; c) Assenza di sfaldatura dopo il processo di sterilizzazione	
	12	Si chiede di specificare la natura del rapporto di esclusività con riferimento alla dichiarazione di cui il punto 15.3 lett b) o c) del Disciplinare di gara	Risposta non fornita-Ditta esclusa
	23	Si chiede di chiarire le reali dimensioni degli scovolini e se esse sono compatibili con le dimensioni richieste dall'Allegato P2;	Scovolini di dimensioni non conformi all'All.P2-Ditta esclusa
	24	Si chiede di indicare in quale parte della documentazione tecnica presentata è presente la caratteristica prevista dall'Allegato P2 "resistenti al lavaggio in termodisinfettore e alla sterilizzazione".	Risposta non accettabile in quanto presente in un documento tecnico introdotto successivamente, violando il principio di non modificabilità della documentazione tecnica presentata-Ditta esclusa
I-TEMA	2	Si chiede di indicare in quale parte della Documentazione presentata si rinvengono le seguenti caratteristiche tecniche ed indispensabili indicate nell'Allegato P2: d) Privi di sostanze tossiche; e) Resistenti alla manipolazione e alla sterilizzazione; f) Non devono rilasciare particelle prima, durante e dopo la sterilizzazione; g) Assenza di pulviscolo, di peluria e di scorie da lavorazione; h) Morbidi e drappeggiabili;	Risposta accettabile, dispositivo rispondente alle caratteristiche tecniche, minime ed indispensabili-Ditta ammessa
	3	Si chiede di indicare in quale parte della Documentazione presentata si rinvengono le seguenti caratteristiche tecniche ed indispensabili indicate nell'Allegato P2: a) Resistenti alla manipolazione e alla	Risposta accettabile, dispositivo rispondente alle caratteristiche tecniche, minime ed indispensabili-Ditta ammessa



		sterilizzazione; b) Non devono rilasciare particelle prima, durante e dopo la sterilizzazione; c) Assenza di pulviscolo, di peluria e di scorie da lavorazione; d) Morbidi e drappeggiabili; e) Possedere effetto barriera;	
	14	Si chiede di indicare in quale parte della documentazione tecnica presentata è presente la caratteristica "resistenti alla manipolazione e sterilizzazione"	Risposta accettabile, dispositivo rispondente alle caratteristiche tecniche, minime ed indispensabili-Ditta ammessa
MULTISERVICES	30	Si chiede di indicare in quale parte della Documentazione presentata si rinvenivano le seguenti caratteristiche tecniche ed indispensabili indicate nell'Allegato P2: a) Resistenti alla sterilizzazione a vapore (134 e 121° c) e a perossido di idrogeno; b) Non devono rilasciare sostanze tossiche durante la sterilizzazione a 121° e 134° C e perossido di idrogeno	Risposta non pervenuta entro il termine, concessa proroga entro le 18 del 05/12/2023
SURGIKA	32	Si chiede di indicare in quale parte della documentazione è presente la consegna del Portarotoli incluso in comodato d'uso, richiesta indicata nell'Allegato P2 a pena di esclusione	Risposta accettabile-Ditta ammessa

La Commissione intende, a completamento, chiedere alla Ditta Biocommerciale per il Lotto 23 (All.2), di chiarire le reali misure degli scovolini, in quanto tra le varie documentazioni presentate sono dichiarati dati diversi.

I lavori della Commissione proseguono fino alle ore 12:40

La Commissione si riserva di convocare in un momento successivo la prossima seduta.

La seduta, della quale viene redatto il presente verbale, viene chiusa alle ore 12:45.

Il presente verbale è costituito di n. 5 pagine e n. 2 allegati

Le offerte delle Ditte rimangono conservate sulla Piattaforma Sintel.

Letto, confermato e sottoscritto.



La Commissione giudicatrice

IL PRESIDENTE

F.TO STELLINA CESTARI

I COMPONENTI

F.TO PATRIZIA DAVI

F.TO SONIA FERRARESI

UTENTI FORNITORI CATEGORIE
MERCEOLOGICHE BUDGET PROCEDURE ANAC
L. 190 MODULO
PROGRAMMAZIONE RILEVAZIONE
GARE SRF

Utente: PANARELLI CESARINO - Impiegato

|  Vedi il mio profilo |  Comunicazioni(0)

MENU

Amministrazione
Dettaglio della procedura
Documentazione di gara
Storia offerte ML
Monitor multilotto
Nomina della Commissione di
Valutazione
Comunicazioni procedura(1)
Report di procedura
Crea Bando
Modello della procedura
Notifiche
Libreria Documentale

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > PROCEDURA APERTA AGGREGATA IN FORMA
TELEMATICA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI ...[Ritorna all'elenco delle procedure](#)
[Visualizza Lotti](#)

Dettaglio Messaggio

Qui di seguito è possibile consultare in dettaglio le informazioni riguardanti il messaggio selezionato.

ID	DATA INVIO	MITTENTE	DATA RICEZIONE
176801430	mercoledì 29 novembre 2023 16.51.08 CET	BS Medical s.r.l.	-

Dati messaggio

OGGETTO	TESTO MESSAGGIO
RE: RICHIESTA DI CHIARIMENTO	Spett.le ASST Mantova, in riscontro alla vs. richiesta di chiarimenti, sono a comunicare quanto segue. Il produttore dichiara l'articolo come Dispositivo Medico per un utilizzo di filtro sistema barriera da utilizzarsi per i container Aesculap, come indicato nella dichiarazione di conformità allegata alla documentazione di gara. La stessa dichiarazione implica che il prodotto debba soddisfare tutte le caratteristiche minime ed indispensabili per loro destinazione d'uso. Confidando che tale comunicazione, oltre che necessaria, sia esaustiva desideriamo confermarVi il costante impegno della nostra Azienda a fornire prodotti di alta qualità ed affidabilità in rispetto delle normative vigenti. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Spettabile Ditta, si prega di prendere visione dell'allegato. In attesa di riscontro porgo cordiali saluti Dott. Cesarino Panarelli-RUP

OK

RISPONDI

INVIA CONFERMA RICEZIONE

UTENTI FORNITORI CATEGORIE MERCEOLOGICHE BUDGET PROCEDURE ANAC L. 190 MODULO PROGRAMMAZIONE RILEVAZIONE GARE SRF

Utente: PANARELLI CESARINO - Impiegato

|  Vedi il mio profilo |  Comunicazioni(0)

MENU

Amministrazione
Dettaglio della procedura
Documentazione di gara
Storia offerte ML
Monitor multilotto
Nomina della Commissione di Valutazione
Comunicazioni procedura(2)
Report di procedura
Crea Bando
Modello della procedura
Notifiche
Libreria Documentale

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > PROCEDURA APERTA AGGREGATA IN FORMA
TELEMATICA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI ...[Ritorna all'elenco delle procedure](#)
[Visualizza Lotti](#)

Dettaglio Messaggio

Qui di seguito è possibile consultare in dettaglio le informazioni riguardanti il messaggio selezionato.

ID	DATA INVIO	MITTENTE	DATA RICEZIONE
176828043	giovedì 30 novembre 2023 9.51.44 CET	ECS SRL	-

Dati messaggio

OGGETTO	TESTO MESSAGGIO
RE: RICHIESTA DI CHIARIMENTO	buongiorno, confermiamo che il test offerto possiede l'indicatore adesivo a differenza del campione presentato. provvediamo in data odierna alla spedizione del campione corretto. cordialmente, E.C.S. SRL ----- Testo del messaggio originale: Spettabile Ditta, si prega di prendere visione dell'allegato. In attesa di riscontro porgo cordiali saluti Dott. Cesarino Panarelli-RUP

OK

RISPONDI

INVIA CONFERMA RICEZIONE

UTENTI **FORNITORI** **CATEGORIE MERCEOLOGICHE** **BUDGET** **PROCEDURE** **ANAC L. 190** **MODULO PROGRAMMAZIONE** **RILEVAZIONE GARE** **SRF**

Utente: PANARELLI CESARINO - Impiegato

 [Vedi il mio profilo](#) |
  [Comunicazioni\(0\)](#)

MENU

Amministrazione
 Dettaglio della procedura
 Documentazione di gara
 Storia offerte ML
 Monitor multilotto
 Nomina della Commissione di Valutazione
 Comunicazioni procedura(1)
 Report di procedura
 Crea Bando
 Modello della procedura
 Notifiche
 Libreria Documentale

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > PROCEDURA APERTA AGGREGATA IN FORMA TELEMATICA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI ...

[Ritorna all'elenco delle procedure](#)
[Visualizza Lotti](#)

Dettaglio Messaggio

Qui di seguito è possibile consultare in dettaglio le informazioni riguardanti il messaggio selezionato.

ID	DATA INVIO	MITTENTE	DATA RICEZIONE
176841697	giovedì 30 novembre 2023 12.29.10 CET	ID&CO S.r.l.	-

Dati messaggio

OGGETTO	TESTO MESSAGGIO
RE: RICHIESTA DI CHIARIMENTO	Facendo seguito alla vostra richiesta di chiarimenti si precisa quanto segue: Lotto 14 il prodotto offerto, ns codice 562, Filtro in carta monouso per cestelli, ø cm 19 dotato di indicatore di viraggio, soddisfa le caratteristiche richieste come si evince dalla Relazione Tecnica e dalla scheda tecnica presentate in gara. A ulteriore dimostrazione della correttezza del prodotto offerto inviamo la lettera rilasciata dal fabbricante. Lotto 23 Precisiamo che le misure degli spazzolini/ scovolini offerti sono riportate in scheda Tecnica, allegato denominato "Assortimento prodotti" e nelle pagine del catalogo allegate alla scheda tecnica. Per semplicità riportiamo di seguito le informazioni: 20-10079 Scovolino riutilizzabile per tubi di aspirazione. Lunghezza totale 25 cm. Singolo brush di lunghezza 25,4 mm e diametro 2 mm. 20-10118 Scovolino riutilizzabili per tubi di aspirazione. Lunghezza totale 25 cm. Singolo brush di lunghezza 25,4 mm e diametro 3 mm. 22-12197 Scovolino riutilizzabile in nylon intrecciato per tutti gli usi. Lunghezza totale: 30,5 cm. Lunghezza spazzola: 76 mm. Diametro spazzola: 5 mm. 23-16197 Scovolini riutilizzabili di nylon intrecciato per tutti gli usi. Lunghezza totale: 40,6 cm. Lunghezza spazzola: 63,5 mm. Diametro spazzola: 5 mm. 24-24276 Scovolini riutilizzabili di nylon intrecciato per tutti gli usi. Lunghezza totale: 61 cm. Lunghezza spazzola: 82,6 mm. Diametro spazzola: 7 mm. 24-24394 Scovolini riutilizzabili di nylon intrecciato per tutti gli usi. Lunghezza totale: 61 cm. Lunghezza spazzola: 82,6 mm. Diametro spazzola: 10 mm. Si conferma che i prodotti offerti sono conformi alle richieste del capitolato. Lotto 24 Si conferma che il codice offerto 28-69394, Spazzolino riutilizzabile con setole in nylon su entrambe le estremità (grandi e piccole), manico in plastica. Lunghezza totale: 17,5 cm. Colore: nero. Spazzola grande: mm 35 x 10 mm. Spazzola piccola: mm 25 x 5 mm., soddisfa le richieste del capitolato in quanto spazzolino riutilizzabile. A ulteriore dimostrazione si allegano le istruzioni in cui è evidenziato nella seconda pagina che il prodotto può essere sterilizzato fino a 134 °C. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Spettabile Ditta, si prega di prendere visione dell'allegato. In attesa di riscontro porgo cordiali saluti Dott. Cesarino Panarelli-RUP

NOME ALLEGATO

IDECO.zip

Esito verifiche automatiche sul file (firma digitale, alterazione, marca temporale):



OK

RISPONDI

INVIA CONFERMA RICEZIONE

UTENTI FORNITORI

**CATEGORIE
MERCEOLOGICHE**

BUDGET

PROCEDURE

ANAC
L.190

**MODULO
PROGRAMMAZIONE**

RILEVAZIONE GARE

SRF

INTEROPERABILITÀ APPALTI

Utente: PANARELLI CESARINO - Impiegato

 [Vedi il mio profilo](#) | [Comunicazioni\(0\)](#)

MENU

Amministrazione

Dettaglio della procedura

Documentazione di gara

Storia offerte ML

Monitor multilotto

Nomina della Commissione di

Valutazione

Comunicazioni procedura

Report di procedura

Crea Bando

Modello della procedura

Notifiche

Libreria Documentale

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > PROCEDURA APERTA AGGREGATA IN FORMA TELEMATICA PER

L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI ...

[Ritorna all'elenco delle procedure](#)

Visualizza Lotti

Dettaglio Messaggio

Qui di seguito è possibile consultare in dettaglio le informazioni riguardanti il messaggio selezionato.

ID	DATA INVIO	MITTENTE	DATA RICEZIONE
176765664	mercoledì 29 novembre 2023 9.31.03 CET	I-TEMA SRL	Ricevuto il mercoledì 29 novembre 2023 9.54.27 CET

Dati messaggio

OGGETTO	TESTO MESSAGGIO Buongiorno, si prega di prendere visione della risposta in allegato. Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordiali saluti. I-Tema srl ----- Testo del messaggio originale: Spettabile Ditta, si prega di prendere visione dell'allegato. In attesa di riscontro porgo cordiali saluti Dott. Cesarino Panarelli-RUP
RE: RICHIESTA DI CHIARIMENTO LOTTI 2-3-14	

NOME ALLEGATO

Risposta chiarimenti Lotti 2-3-14 I-TEMA SRL.pdf.p7m

Esito verifiche automatiche sul file (firma digitale, alterazione, marca temporale):



RISPONDI



Via Tintorri, 15/1/i
20863 Concorezzo (MB)
tel. + 39 0396081571
fax + 39 0396081574
info@i-tema.it - www.i-tema.it



Spett.le
ASST DI MANTOVA
STRADA LAGO PAIOLO, 10
46100 MANTOVA

Concorezzo, 27 novembre 2023

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AGGREGATA IN FORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZAZIONE OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELL'ASST DI MANTOVA (CAPOFILA) E DELL'ASST DI CREMONA (MANDANTE) – RICHIESTA CHIARIMENTO.

Buongiorno,
con riferimento alla vs. richiesta di chiarimento siamo a comunicare quanto segue:

Lotto n. 2

- a. Privi sostanze tossiche: la risposta si può trovare nei file inviati in gara e denominati “15.7.6 Dich. non tossicità”, “15.7.5 Dich. Ftalati Free”, “15.7.4 Dich. LATEX Free”, “15.7.2 Dich. conf. EN 868-2 – Bonded”, “15.7.1 Dich. conf EN ISO 11607-1 – BONDED”. Inoltre, trattasi di richiesta prevista dalle norme di settore a cui il prodotto è conforme come da suddette dichiarazioni di conformità;
- b. Resistenti alla manipolazione e alla sterilizzazione: la risposta si può trovare nei file inviati in gara e denominati “15.2 RELAZIONE TECNICA LOTTO 2”, “15.6.1 Scheda tecnica - Sterisheet Bonded 2”, “15.6.2 Istruzioni per l'uso”, “15.7.7 Dich. mantenimento sterilità”, “15.7.8 Dich. Metodi utilizzabili”, “15.7.1 Dich. conf EN ISO 11607-1 – BONDED”. I prodotti, come da file denominato “15.7.8 Dich. Metodi utilizzabili” sono stati testati secondo lo studio di mantenimento della sterilità correlata agli eventi, secondo le giuste pratiche ospedaliere (... Le confezioni manipolate su base settimanale dal dipartimento di sterilizzazione per simulare il ciclo di durata reale dei prodotti) nel confezionamento in doppio strato e, fintantochè la barriera batterica non viene fisicamente compromessa, tali studi di sterilità dimostrano che il sistema di barriera sterile costituito dai due strati accoppiati mantiene la sterilità del contenuto fino ad 1 anno di stoccaggio;
- c. Non devono rilasciare particelle prima, durante e dopo la sterilizzazione: si rileva che la dichiarazione di conformità alle norme tecniche ISO 11607 risponde alle richieste del capitolato, in quanto trattasi di parametri previsti dalle norme stesse. Vedi file inviato in gara e denominato “15.7.1 Dich. conf EN ISO 11607-1 – BONDED”; Inoltre, si precisa che tale parametro andrebbe valutato anche con prove materiali per verificare la presenza reale della caratteristica;
- d. Assenza di pulviscolo, di peluria e di scorie da lavorazione: si rileva che la dichiarazione di conformità alle norme tecniche ISO 11607 risponde alle richieste del capitolato, in quanto trattasi di parametri previsti dalle norme stesse. Vedi file inviato in gara e denominato “15.7.1 Dich. conf EN ISO 11607-1 – BONDED”; Inoltre, si precisa che tale parametro andrebbe valutato anche con prove materiali per verificare la presenza reale della caratteristica;
- e. Morbidi e drappeggabili: la risposta si può trovare nei file inviati in gara e denominati “15.7.7 Dich. mantenimento sterilità”, “15.7.2 Dich. conf. EN 868-2 – Bonded”, “15.7.1

Dich. conf EN ISO 11607-1 – BONDED”. Si rileva che la dichiarazione di conformità alle norme tecniche risponde alle richieste del capitolato, in quanto trattasi di parametri previsti dalle norme stesse. Inoltre, si precisa che il parametro “morbidezza” è un parametro che andrebbe valutato con prove pratiche, non esiste, a ns. conoscenza, un parametro tecnico normativo riferito alla morbidezza.

Lotto n. 3

- a. Resistenti alla manipolazione e alla sterilizzazione: la risposta si può trovare nei file inviati in gara e denominati “15.2 RELAZIONE TECNICA LOTTO 3”, “15.6.1 Scheda tecnica - Sterisheet Bonded 3”, “15.6.2 Istruzioni per l'uso”, “15.7.7 Dich. mantenimento sterilità”, “15.7.8 Dich. Metodi utilizzabili”, “15.7.1 Dich. conf EN ISO 11607-1 – BONDED”. I prodotti, come da file denominato “15.7.8 Dich. Metodi utilizzabili” sono stati testati secondo lo studio di mantenimento della sterilità correlata agli eventi, secondo le giuste pratiche ospedaliere (... Le confezioni manipolate su base settimanale dal dipartimento di sterilizzazione per simulare il ciclo di durata reale dei prodotti) nel confezionamento in doppio strato e, fintanto che la barriera batterica non viene fisicamente compromessa, tali studi di sterilità dimostrano che il sistema di barriera sterile costituito dai due strati accoppiati mantiene la sterilità del contenuto fino ad 1 anno di stoccaggio;
- b. Non devono rilasciare particelle prima, durante e dopo la sterilizzazione: si rileva che la dichiarazione di conformità alle norme tecniche ISO 11607 risponde alle richieste del capitolato, in quanto trattasi di parametri previsti dalle norme stesse. Vedi file inviato in gara e denominato “15.7.1 Dich. conf EN ISO 11607-1 – BONDED”; Inoltre, si precisa che tale parametro andrebbe valutato con prove materiali per verificare la presenza reale della caratteristica;
- c. Assenza di pulviscolo, di peluria e di scorie da lavorazione: si rileva che la dichiarazione di conformità alle norme tecniche ISO 11607 risponde alle richieste del capitolato, in quanto trattasi di parametri previsti dalle norme stesse. Vedi file inviato in gara e denominato “15.7.1 Dich. conf EN ISO 11607-1 – BONDED”; Inoltre, si precisa che tale parametro andrebbe valutato con prove materiali per verificare la presenza reale della caratteristica;
- d. Morbidi e drappeggabili: la risposta si può trovare nei file inviati in gara e denominati “15.7.7 Dich. mantenimento sterilità”, “15.7.2 Dich. conf. EN 868-2 – Bonded”, “15.7.1 Dich. conf EN ISO 11607-1 – BONDED”. Si rileva che la dichiarazione di conformità alle norme tecniche risponde alle richieste del capitolato, in quanto trattasi di parametri previsti dalle norme stesse. Inoltre, si precisa che il parametro “morbidezza” è un parametro che andrebbe valutato con prove pratiche, non esiste, a ns. conoscenza, un parametro tecnico normativo riferito alla morbidezza;
- e. Possedere effetto barriera: si rileva che la dichiarazione di conformità alle norme tecniche ISO 11607 risponde alle richieste del capitolato, in quanto trattasi di parametri previsti dalle norme stesse. Vedi file inviato in gara e denominato “15.7.1 Dich. conf EN ISO 11607-1 – BONDED”. La risposta si trova anche nel file inviato in gara e denominato “15.7.7 Dich. mantenimento sterilità” in cui si evince che i prodotti sono stati testati con prove tecniche e hanno dimostrato di mantenere la sterilità fino ad 1 anno.

Lotto n. 14

- Resistenti alla manipolazione e sterilizzazione: la risposta si può trovare nei file inviati in gara e denominati “15.2 Relazione Tecnica Lotto 14”, “15.6 Scheda Tecnica – FILTRI”, “15.4 Dich. conf. CE - ISO 11607-1 - EN 868-2 - ISO 11140-1” in cui si evidenzia che i prodotti sono sterilizzabili a vapore e posseggono un indicatore di processo per sterilizzazione a vapore. Inoltre, si evidenzia che i filtri non sono soggetti a manipolazione. Infatti, vengono inseriti in apposito alloggiamento, chiuso, protetto e non esposto alla manipolazione del personale per tutto il ciclo di vita del container sterilizzato.



Via Tintorri, 15/1/i
20863 Concorezzo (MB)
tel. + 39 0396081571
fax + 39 0396081574
info@i-tema.it - www.i-tema.it



Giova ricordare che molti dei parametri richiesti sono previsti dalle normative di riferimento per il materiale offerto e per tale motivo i parametri sono pienamente soddisfatti con le dichiarazioni di conformità alle suddette norme EN 868-2 e ISO 11607.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Franco Ghilardini
Amministratore Unico

UTENTI FORNITORI CATEGORIE MERCEOLOGICHE BUDGET PROCEDURE ANAC L.190 MODULO PROGRAMMAZIONE RILEVAZIONE GARE SRF INTEROPERABILITÀ APPALTI

Utente: PANARELLI CESARINO - Impiegato |  Vedi il mio profilo |  Comunicazioni(0)

MENU

Amministrazione
Dettaglio della procedura
Documentazione di gara
Storia offerte ML
Monitor multilotto
Nomina della Commissione di
Valutazione
Comunicazioni procedura
Report di procedura
Crea Bando
Modello della procedura
Notifiche
Libreria Documentale

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > PROCEDURA APERTA AGGREGATA IN FORMA TELEMATICA PER
L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI ...

[Ritorna all'elenco delle procedure](#)
[Visualizza Lotti](#)

Dettaglio Messaggio

Qui di seguito è possibile consultare in dettaglio le informazioni riguardanti il messaggio selezionato.

ID	DATA INVIO	MITTENTE	DATA RICEZIONE
176833267	giovedì 30 novembre 2023 10.56.27 CET	Multi Services srl	Ricevuto il giovedì 30 novembre 2023 11.12.02 CET

Dati messaggio

OGGETTO	TESTO MESSAGGIO
RE: RICHIESTA DI CHIARIMENTO	Buongiorno, con la presente siamo a richiedere una proroga per le tempistiche di riscontro alla Vostra richiesta. Certi della Vostra comprensione cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti. Multi Services srl ----- Testo del messaggio originale: Spettabile Ditta, si prega di prendere visione dell'allegato. In attesa di riscontro porgo cordiali saluti Dott. Cesarino Panarelli-RUP

OK

RISPONDI

UTENTI FORNITORI CATEGORIE MERCEOLOGICHE BUDGET PROCEDURE ANAC L.190 MODULO PROGRAMMAZIONE RILEVAZIONE GARE SRF INTEROPERABILITÀ APPALTI

Utente: PANARELLI CESARINO - Impiegato |  Vedi il mio profilo |  Comunicazioni(0)

MENU

Amministrazione
Dettaglio della procedura
Documentazione di gara
Storia offerte ML
Monitor multilotto
Nomina della Commissione di
Valutazione
Comunicazioni procedura
Report di procedura
Crea Bando
Modello della procedura
Notifiche
Libreria Documentale

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > PROCEDURA APERTA AGGREGATA IN FORMA TELEMATICA PER
L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI ...

[Ritorna all'elenco delle procedure](#)
[Visualizza Lotti](#)

Stato ricezione messaggio

Di seguito le informazioni relative allo stato di ricezione del messaggio. Ogni fornitore visualizza i messaggi inviati all'interno della funzionalità "Comunicazioni della procedura". Il fornitore ha la possibilità di inviare alla stazione appaltante una conferma dell'avvenuta lettura del messaggio.

ID	DATA INVIO	DESTINATARI
176834720	giovedì 30 novembre 2023 11.11.53 CET	Multi Services srl : Ricevuto il lunedì 4 dicembre 2023 17.07.52 CET

Dati messaggio

OGGETTO	TESTO MESSAGGIO
RE: RE: RICHIESTA DI CHIARIMENTO	Buongiorno, Si proroga il termine a lunedì 04/12 alle ore 18:00. Cordiali saluti Dott. Cesarino Panarelli-RUP ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente siamo a richiedere una proroga per le tempistiche di riscontro alla Vostra richiesta. Certi della Vostra comprensione cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti. Multi Services srl ----- Testo del messaggio originale: Spettabile Ditta, si prega di prendere visione dell'allegato. In attesa di riscontro porgo cordiali saluti Dott. Cesarino Panarelli-RUP

OK

UTENTI FORNITORI CATEGORIE MERCEOLOGICHE BUDGET PROCEDURE ANAC L.190 MODULO PROGRAMMAZIONE RILEVAZIONE GARE SRF INTEROPERABILITÀ APPALTI

Utente: PANARELLI CESARINO - Impiegato |  Vedi il mio profilo |  Comunicazioni(0)

MENU

Amministrazione
Dettaglio della procedura
Documentazione di gara
Storia offerte ML
Monitor multilotto
Nomina della Commissione di Valutazione
Comunicazioni procedura
Report di procedura
Crea Bando
Modello della procedura
Notifiche
Libreria Documentale

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > PROCEDURA APERTA AGGREGATA IN FORMA TELEMATICA PER
L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI ...

[Ritorna all'elenco delle procedure](#)
[Visualizza Lotti](#)

Dettaglio Messaggio

Qui di seguito è possibile consultare in dettaglio le informazioni riguardanti il messaggio selezionato.

ID	DATA INVIO	MITTENTE	DATA RICEZIONE
176974155	lunedì 4 dicembre 2023 17.11.18 CET	Multi Services srl	Ricevuto il martedì 5 dicembre 2023 15.40.14 CET

Dati messaggio

OGGETTO	TESTO MESSAGGIO
RE: RE: RE: RICHIESTA DI CHIARIMENTO	Buongiorno, siamo ancora in attesa di risposta da parte del nostro fornitore, siamo a richiedere una proroga se possibile fino a domani 05/12/2023 alle ore 18.00 Certi della Vostra comprensione cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti. MULTI SERVICES SRL ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, Si proroga il termine a lunedì 04/12 alle ore 18:00. Cordiali saluti Dott. Cesarino Panarelli-RUP ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente siamo a richiedere una proroga per le tempistiche di riscontro alla Vostra richiesta. Certi della Vostra comprensione cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti. Multi Services srl ----- Testo del messaggio originale: Spettabile Ditta, si prega di prendere visione dell'allegato. In attesa di riscontro porgo cordiali saluti Dott. Cesarino Panarelli-RUP

OK

RISPONDI

UTENTI **FORNITORI** **CATEGORIE MERCEOLOGICHE** **BUDGET** **PROCEDURE** **ANAC L.190** **MODULO PROGRAMMAZIONE** **RILEVAZIONE GARE** **SRF** **INTEROPERABILITÀ APPALTI**
 Utente: PANARELLI CESARINO - Impiegato  Vedi il mio profilo  Comunicazioni(0)

MENU

Amministrazione
 Dettaglio della procedura
 Documentazione di gara
 Storia offerte ML
 Monitor multilotto
 Nomina della Commissione di
 Valutazione
 Comunicazioni procedura
 Report di procedura
 Crea Bando
 Modello della procedura
 Notifiche
 Libreria Documentale

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > PROCEDURA APERTA AGGREGATA IN FORMA TELEMATICA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI ...

[Ritorna all'elenco delle procedure](#)
[Visualizza Lotti](#)

Stato ricezione messaggio

Di seguito le informazioni relative allo stato di ricezione del messaggio. Ogni fornitore visualizza i messaggi inviati all'interno della funzionalità "Comunicazioni della procedura". Il fornitore ha la possibilità di inviare alla stazione appaltante una conferma dell'avvenuta lettura del messaggio.

ID	DATA INVIO	DESTINATARI
177025577	martedì 5 dicembre 2023 15.39.59 CET	Multi Services srl : Inviato

Dati messaggio

OGGETTO	TESTO MESSAGGIO
RE: RE: RE: RE: RICHIESTA DI CHIARIMENTO	Si acconsente entro questo pomeriggio ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, siamo ancora in attesa di risposta da parte del nostro fornitore, siamo a richiedere una proroga se possibile fino a domani 05/12/2023 alle ore 18.00 Certi della Vostra comprensione cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti. MULTI SERVICES SRL ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, Si proroga il termine a lunedì 04/12 alle ore 18:00. Cordiali saluti Dott. Cesarino Panarelli-RUP ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente siamo a richiedere una proroga per le tempistiche di riscontro alla Vostra richiesta. Certi della Vostra comprensione cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti. Multi Services srl ----- Testo del messaggio originale: Spettabile Ditta, si prega di prendere visione dell'allegato. In attesa di riscontro porgo cordiali saluti Dott. Cesarino Panarelli-RUP

OK

UTENTI FORNITORI CATEGORIE
MERCEOLOGICHE BUDGET PROCEDURE ANAC
L. 190 MODULO
PROGRAMMAZIONE RILEVAZIONE
GARE SRF

Utente: PANARELLI CESARINO - Impiegato

|  Vedi il mio profilo |  Comunicazioni(0)

MENU

Amministrazione
Dettaglio della procedura
Documentazione di gara
Storia offerte ML
Monitor multilotto
Nomina della Commissione di
Valutazione
Comunicazioni procedura
Report di procedura
Crea Bando
Modello della procedura
Notifiche
Libreria Documentale

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > PROCEDURA APERTA AGGREGATA IN FORMA
TELEMATICA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI ...[Ritorna all'elenco delle procedure](#)
[Visualizza Lotti](#)

Dettaglio Messaggio

Qui di seguito è possibile consultare in dettaglio le informazioni riguardanti il messaggio selezionato.

ID	DATA INVIO	MITTENTE	DATA RICEZIONE
176712225	martedì 28 novembre 2023 10.22.31 CET	SURGIKA SRL	Ricevuto il martedì 28 novembre 2023 16.50.08 CET

Dati messaggio

OGGETTO	TESTO MESSAGGIO
RE: RICHIESTA DI CHIARIMENTO	Gent.mi, relativamente al chiarimento richiesto, vi informiamo che documentazione relativa alla consegna del Portarotoli incluso in comodato d'uso, è DETTAGLIATAMENTE riportata nel documento denominato 15.2_RELAZIONE TECNICA. (Sono le ultime 4 pagine del file) Restiamo a disposizione per ogni ulteriore richiesta o chiarimento e nell'occasione inviamo cordiali saluti Ufficio Gare SURGIKA SRL ----- Testo del messaggio originale: Spettabile Ditta, si prega di prendere visione dell'allegato. In attesa di riscontro porgo cordiali saluti Dott. Cesarino Panarelli-RUP

OK

RISPONDI



PROCEDURA APERTA AGGREGATA IN FORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZAZIONE OCCORRENTE ALL'ASST DI MANTOVA (CAPOFILA) E ALL'ASST DI CREMONA (MANDANTI).

RICHIESTA DI CHIARIMENTO

DITTA BIOCOMMERCIALE

Relativamente alla procedura in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti:

- **Lotto 23:** Si chiede di chiarire le reali dimensioni delle misure offerte, in quanto nella Relazione tecnica, si dichiarano misure diverse rispetto alla scheda tecnica e ai campioni presentati.

Si rammenta che non possono essere inviati documenti o informazioni ulteriori rispetto a quanto inserito nella Busta tecnica.

Si chiede riscontro entro e non oltre il giorno 13/12 p.v.

Mantova, 06/12/2023

IL DIRETTORE
STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE ACQUISTI
Dott. Cesarino Panarelli

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate